

上海市第一康复医院钕激光设备更正公告

一、更正第六章投标文件有关格式中的资格条件及实质性要求响应表

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称:

包号:

项目内容(资格条件、实质性要求)	具备的条件说明(要求)	投标检查项 (响应内容说明(是/否))	详细内容所 对应电子投 标文件名称	备注
法定基本条件	提供营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)符合要求			
法定基本条件	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章			
法定基本条件	招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。			
法定代表人授权	在投标文件由法定代表人授权代表签字(或盖章)的情况下,应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。			
法定代表人授权	按招标文件要求提供法人身份证和被授权人身份证			
投标诚信承诺书	提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
资格条件、实质性要求	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第七条,故本项目专门面向中小企业采购。			
联合投标	本项目不接受联合投标			
采购进口产品政策	本次招标不接受进口产品。			
资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定:不少于90天。			

资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
合同转让与分包	本项目合同不得转让、不得分包。			
★号条款符合性要求	1. ★适用范围：在同一台设备中满足泌尿外科结石的粉碎治疗和良性前列腺增生的治疗。			
★号条款符合性要求	13. ★激光输出最大功率：≥80W（提供原厂技术支持材料或权威机构检测报告）			
★号条款符合性要求	★核心产品须满三家投标人（品牌）：本项目所采购“掺铒光纤激光治疗机”为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的；按一家投标人计算。若评委会认定该项目（包件）投标人不足3家，则该项目作流标处理。			
★号条款符合性要求	★备注：必须提供与投标机型相符的原厂技术资料。			
★号条款符合性要求	★2.1 整机质保期≥2年。			
公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为			
其他	其他实质性满足条款。			

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期： 年 月 日

二、本项目投标截止时间及开标时间延期至 2026-07-03 10:00