

关于“上海市第一康复医院经颅重复磁刺激仪+磁刺激导航系统”项目的更正公告

一、将招标文件中“附件：技术需求”中“（七）磁刺激导航系统”中“1. 光学立体定位技术：采用红外光学系统定位技术，摄像头空间准确度 ≤ 0.20 mm, 置信区间 ≤ 0.4 mm。准确度采用多点位精度标定法测定。”调整为“1. 光学立体定位技术：准确度采用多点位精度标定法测定。”

二、将招标文件中“附件：技术需求”中“（六）其他”中“1. ▲设备使用期限：10年。（提供检测报告或产品说明书）”调整为“1. 设备使用年限 ≥ 8 年。”，并去除本条款▲。

三、投标评分细则中“

评分项目	分值区间	评分办法
招标文件▲号条款响应度（客观分）	0~26	满足基本配置要求并实现基本功能要求（★号条款必须满足，否则予以否决。）：▲号条款满足一项得2分，本项满分26分。
投标单位业绩（客观分）	0~8	提供2023年1月1日至今投标单位同类销售业绩证明材料，每提供一个得2分，本项最高8分。（投标时投标人须至少提供该业绩项目采购合同有效复印件，未提供不得分）

”调整为“

评分项目	分值区间	评分办法
招标文件▲号条款响应度（客观分）	0~24	满足基本配置要求并实现基本功能要求（★号条款必须满足，否则予以否决。）：▲号条款满足一项得2分，本项满分24分。
投标单位业绩（客观分）	0~10	提供2023年1月1日至今投标单位同类销售业绩证明材料，每提供一个得2分，本项最高10分。（投标时投标人须至少提供该业绩项目采购合同有效复印件，未提供不得分）

”

四、本项目提交投标文件截止时间及开标时间延期至 2026-06-10 09:30:00（北京时间）
其他内容不变，特此告知。

上海市杨浦区政府采购中心

2026年5月25日