## 关于“手术室常规设备”的更正文件

原招标文件“第二章项目招标需求/9 招标内容与质量要求/9.1 供货清单，第二章项目招标需求/12 售后服务要求/12.2 免费质保期服务承诺”更正如下：

原内容：

**9 招标内容与质量要求**

9.1 供货清单

**说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。**

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数（含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 人流手术床 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | **1 套** | 自合同签订之日起 30 天 | 设备整机原厂保修 5 年 | |
| **2** | 电动手术床 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | **7 个** | 自合同签订之日起 30 天 | 设备整机原厂保修 5 年 | **核心产品** |
| **3** | 无影灯 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | **1 个** | 自合同签订之日起 30 天 | 设备整机原厂保修 5 年 | |
| **4** | LED 无影灯 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | **6 个** | 自合同签订之日起 30 天 | 设备整机原厂保修 5 年 | **核心产品** |
| **5** | 冷光单孔照明灯 | I 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | **3 台** | 自合同签订之日起 30 天 | 设备整机原厂保修 5 年 | |
| **6** | 冷光单孔照明灯 | I 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | **2 台** | 自合同签订之日起 30 天 | 设备整机原厂保修 5 年 | |

**12 售后服务要求**

……

12.2 免费质保期服务承诺

12.2.1 设备整机原厂保修≥5 年，保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延。保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的 6%。保修期内提供 1 年 2 次免费保养

现修改为：

**9 招标内容与质量要求**

9.1 供货清单

**说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。**

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数（含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人流手术床 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | 1 套 | 自合同签订之日起 60 天 | 设备整机原厂保修 3 年 | |
| 2 | 电动手术床 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | 7 个 | 自合同签订之日起 60 天 | 设备整机原厂保修 3 年 | 核心产品 |
| 3 | 无影灯 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | 1 个 | 自合同签订之日起 60 天 | 设备整机原厂保修 3 年 | |
| 4 | LED 无影灯 | II 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | 6 个 | 自合同签订之日起 60 天 | 设备整机原厂保修 3 年 | 核心产品 |
| 5 | 冷光单孔照明灯 | I 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | 3 台 | 自合同签订之日起 60 天 | 设备整机原厂保修 3 年 | |
| 6 | 冷光单孔照明灯 | I 类 | 详见 9.2 设备技术参数 | 2 台 | 自合同签订之日起 60 天 | 设备整机原厂保修 3 年 | |

**12 售后服务要求**

……

12.2 免费质保期服务承诺

12.2.1 设备整机原厂保修≥3 年，保修期内开机率≥95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延 保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的 6% 保修期内提供 1 年 2 次免费保养

采购人：上海市浦东新区光明中医医院

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2026 年 1 月