

澄清内容

1. 需求附件中序号 3: 全自动生化分析仪需求参数中删除原需求“21. 分光系统: 凹衍射光栅、后分光系统”;
2. 需求附件中序号 3: 全自动生化分析仪需求参数中删除原需求“31. 样品针堵塞检测: 通过 MTS 法解析样品针内的压力变化, 自动检测吸样时的异常并发出警报”;
3. 需求附件中序号 3: 全自动生化分析仪需求参数中删除原需求“12. 搅拌系统: 非接触式超声波搅拌”;
4. 需求附件中序号 4: 全自动化学发光测定仪需求参数中删除原需求“5. 支持原始采血管上机 360° 扫码, 具备两个急诊位, 其中一个为独立急诊位, 无需在样本轨道操作, 单独空间, 允许急诊样本直接插队 (提供广审彩页等凭证)”;
5. 需求附件中序号 4: 全自动化学发光测定仪需求参数中删除原需求“8. 一键校准/质控, 确保检验结果有效性”;
6. 需求附件中序号 4: 全自动化学发光测定仪需求参数中删除原需求“11. 加样针内外壁采用荷叶放生纳米涂层, 携带污染率: $\leq 0.1\text{PPM}$ ”;
7. 需求附件中序号 4: 全自动化学发光测定仪需求参数中删除原需求“17. ≥ 2500 例样本照片留存, 360° 记录样本状态 (4 张相片), 支持查看样本状态, 回溯分析异常结果”;
8. 需求附件中序号 5: 全自动化学发光免疫分析仪需求参数中删除原需求“6. 采样针: 一次性 TIP 吸头, 一吸多注。具备自动液面探测、

碰撞探测、随量跟踪功能”；

9. 需求附件中序号 5：全自动化学发光免疫分析仪需求参数中删除原需求“8. TIP 存储器：一次装载 ≥ 550 个 TIP 头，连续装载、实时数量显示”；

10. 需求附件中序号 5：全自动化学发光免疫分析仪需求参数中删除原需求“12. 特殊项目检测：甲状腺微粒体抗体，必要时提供注册证复印件”；

11. 需求附件中序号 5：全自动化学发光免疫分析仪需求参数中删除原需求“18. 配置：正版 WINDOWS 系统、双核 CPU、宽频触摸显示器”。

12. 招标文件的获取截止时间变更为：2026-08-06 23:59:59

13. 投标截止及开标时间变更为：2026 年 08 月 14 日 10:00

