

澄清内容

1. 原招标文件需求附件中第 1 页中“青浦区各医疗卫生单位临床检验设备购置明细表序号 12 的生物显微镜，医疗设备类别（II）”更正为“医疗设备类别（I）”。
2. 原招标文件需求附件中第 3 页“1. 自动组织脱水机（朱人医）参数六、总体要求”中“1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。”更正为“制造商在中国境内有相应的维修机构，要有良好的售后服务信誉。”
3. 原招标文件需求附件中第 4 页“1. 自动组织脱水机（朱人医）参数七、技术规格、参数及要求”中“10、流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。”更正为“10、流体控制系统：通过使用旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。”
4. 原招标文件需求附件中第 6 页“2. 切片机参数需求（朱人医）六、总体要求”中“1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点，要有良好的售后服务信誉。”更正为“制造商在中国境内有相应的维修机构，要有良好的售后服务信誉。”
5. 删除原招标文件需求附件中第 8 页“2. 切片机参数需求（朱人

医)七、技术规格、参数及要求”中“18、半刀修片功能:大手轮转动角度 $\geq 10^{\circ}$ 即可触发修片模式,半刀修片完成后整圈转动轮,即可自动切换到切片模式;”

6. 原招标文件需求附件中第10页“3.冰冻血浆解冻箱参数需求(朱人医)六、总体要求”中“1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点,要有良好的售后服务信誉。”更正为“制造商在中国境内有相应的维修机构,要有良好的售后服务信誉。”

7. 原招标文件需求附件中第11页“3.冰冻血浆解冻箱参数需求(朱人医)六、总体要求”中“9.采用双CPU控制系统的PLC温控模块,灵敏度高,控温效果好。”变更为“9.温控模块需具备温度采集与控制输出功能,支持PLC控制模式”

8. 删除原招标文件需求附件中第13页“3.冰冻血浆解冻箱参数需求(朱人医)”中“24.加热水箱与解冻水槽为分离式设计,保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆,解冻完成后循环水自动回落,有效避免过度解冻。”

9. 原招标文件需求附件中第14页“4.包埋机技术参数(朱人医)六、总体要求”中“1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点,要有良好的售后服务信誉。”更正为“制造商在中国境内有相应的维修机构,要有良好的售后服务信誉。”

10. 原招标文件需求附件中第20页中“6.全自动血细胞分析仪(徐

泾社区、金泽社区)技术参数”中“17.质控品:定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、网织红细胞及分类、白细胞分类等在内的所有报告项目,提供NMPA注册证,并包含NRBC、IG、PLT-O、AS-LYMP#、HPC等项目,以靶值表为准;”更正为“17.质控品:定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、网织红细胞及分类、白细胞分类等在内的所有报告项目,以靶值表为准;”

11.原招标文件需求附件中第28页“9.全自动免疫印迹仪(疾控中心)参数六、总体要求”中“6.3.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点,要有良好的售后服务信誉。”更正为“制造商在中国境内有相应的维修机构,要有良好的售后服务信誉。”

12.原招标文件需求附件中第30页中“9.全自动免疫印迹仪(疾控中心)六、总体要求”中“★1、用于HIV、HCV等确证检测试验,需确保检测结果准确可靠,数据结果可用于艾滋病确证实验室出具具有法律效应的艾滋病确证报告(需提供由艾滋病确证实验室用应标产品同型号设备检测并出具的具备法律效应的艾滋病确证既往报告,涉隐私内容请规避或隐藏)。”更正为“★1、用于HIV、HCV等确证检测试验,需确保检测结果准确可靠,数据结果可用于艾滋病确证实验室出具具有法律效应的艾滋病确证报告。”

13.原招标文件需求附件中第30页中“9.全自动免疫印迹仪(疾

控中心)六、总体要求”中“▲5、温控功能,配备新型PID温控模块,可对试剂进行预热,预热范围:室温~80℃,并实时显示实验反应温度,温控精度:±1℃。(需提供医疗器械质量检验中心出具的检验报告,作为响应依据,投标时原件备查)”更正为“▲5、温控功能,配备新型PID温控模块,可对试剂进行预热,预热范围:室温~80℃,并实时显示实验反应温度,温控精度:±1℃。(需提供医疗器械质量检验中心/CMA/CNAS等第三方检测机构出具的检验报告,作为响应依据,投标时原件备查)。”

14. 原招标文件需求附件中第32页“10. 丙氨酸氨基转移酶干式分析仪(血站)质保要求”中“2. 在本市有维修点和有资质的工程师,故障叫修4-8小时内到位修理。”更正为“2. 有维修点和有资质的工程师,故障叫修4-8小时内到位修理。”。

15. 原招标文件需求附件中第35页“12. 显微镜技术参数(金泽社区)”中“二、设备注册要求:医疗器械注册2类”更正为“二、设备注册要求:医疗器械注册1类”。

16. 招标文件的获取截止时间变更为:2026-07-15 23:59:59

17. 投标截止及开标时间变更为:2026年07月23日10:00

