

上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼 电话: 021-50934539

传真: 021-50934522 邮编: 200120 邮箱: zhaobiao1@spmeetc.cn

收件人(Attn): 各潜在投标商 传真号(Fax NO): _____

发件人(From): 戴胜男 页数(Pages): _____ 共 1 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 (包括此页)

关于编号为 310115000260324197322-15343043DNA 专用 (辅助) 试剂的采购文件澄清、修改、补充函

各潜在投标单位:

为了做好本项目的招标工作, 现对招标文件做如下澄清、修改和补充:

条目号	原招标文件要求	更正为
第三章 招标项目要求及说明 二、详细技术规范要求 28、八色荧光染色体扩增检测试剂盒 2	▲1.采用8色荧光技术,单管能同时扩增和检测31个基因座,包括20个CODIS核心基因座、Penta D、Penta E 和 D6S1043 以及 6 个新型常染色体基因座 (D6S477、D3S3045、D19S253、D10S1435、D15S659 和 D8S1132)。同时包含 DYS391 和 Amelogenin, 用于性别鉴别。	▲1.采用8色荧光技术,单管能同时扩增 18 个基因座: D3S1358, D21S11, D16S539, D18S51, TH01, vWA, D19S433, D2S441, D12S391, D8S1179, D2S1338, SE33, D10S1248, D1S1656, D22S1045, FGA, DYS391 和 Amelogenin。

其余内容不变。

上海浦成机电设备招标有限公司

2026年06月17日

