

项目名称：上海理工大学附属储能中学 上海理工大学附属储能中学成都北路校区加固修缮工程配套光学实验室设备项目

项目编号：310101000260507108280-01353930

代理机构内部编号：JSZB26050373-DV59

采购文件内容更正如下：

1. 更正内容：

第三部分项目需求中：

三、项目具体参数要求/1.实验室基础设备——光学平台：

★1. 数量和尺寸：8 张，台面尺寸为 1200mmx1800mm，平台高度=800mm，台面厚度 300mm；重量不超过 600kg；出于承重等安全考量，本项须完全按照尺寸定制，且提供承诺函。

2. 增加内容

增加安全需求说明，请在投标方案中说明：

1 实验室地面安全标识：在实验室地面粘贴安全区域标识贴纸，明确划分：

- 设备操作区：仅允许经过培训的操作人员进入
- 警示区：设置醒目的警示线，禁止无关人员进入

上述标识需符合国家安全生产相关标准，确保耐磨损、易识别。

2 专属铭牌与警示标识

- 所有光学平台设备必须配备专属铭牌，内容至少包括：设备重量、型号、维护信息（生产厂家、维护周期及联系方式等）等核心参数。
- 在设备醒目位置设置警示牌，标注：“请勿随意移动”等警示语，防止因误操作引发安全事故。
- 在现场划定独立操作区域与警示区域，并设置物理隔离或标识线。

3 重量信息的强制性要求：鉴于设备重量直接影响承重安全，投标人在投标文件中需提供设备的详细重量参数（包括静载荷和动载荷数据）。

其他内容不变。

