

附件：

上海东松医疗科技股份有限公司受上海市医疗器械检验研究院委托，就重离子质子用面剂量电离室矩阵进行国际公开招标采购（招标编号：0811-264DSITC0490）。现就本采购项目作如下更正说明：

1、对本项目招标文件相关内容进行更正：

原招标文件要求	现更正为	更正说明
第六章 投标资料表		
★24.5.2 2) 投标人的投标文件中未加注“★”号的一般参数的偏离超过 5 项（包括 5 项），其投标将被否决；	★24.5.2 2) 投标人的投标文件中未加注“★”号的一般参数的偏离超过 10 项（包括 10 项），其投标将被否决；	内容变更
第八章 货物需求一览表及技术规格		
四、主要技术参数及要求：		
8、偏压：≥500 V	/	删除该条
9、有效测量点：外壳表面以下≤7 mm，外壳侧面刻有标记。水当量深度为≤7mm	9、有效测量点：外壳表面以下≥5mm，外壳侧面刻有标记。水当量深度为≥5mm	内容变更
★11、最小采样间隔：≤20ms	★11、最小采样间隔≤50ms	内容变更
12、传输：以太网和无线 WIFI	12、传输方式支持以太网接口或 WIFI 或 USB 接口。	内容变更
14、可插入重离子质子专用水箱中配合使用	14、可通过插入重离子质子专用水箱或其他方式来增加建成厚度。	内容变更
15、配有设备专用分析软件，可分析质子重离子系统的面剂量，可进行相对剂量和绝对剂量评估，自动分析并显示伽马结果，可对两组剂量分布执行一系列的分析算法，至少包括加减乘除、DAT	15、配有设备专用分析软件，可分析质子重离子系统束流的二维剂量分布。	内容变更
18、数据库可与同品牌其他设备共用	/	删除该条
19、内置温度气压传感器	/	删除该条

2、对投标截止时间及开标日期和时间进行更正：

原投标截止时间及开标日期和时间为： 2026 年 05 月 28 日北京时间 10:00。

现延期至： 2026 年 06 月 04 日北京时间 10:00。

其他内容不变。

特此说明。