

（一）招标文件的第三章 评标办法中“投标评分细则（100 分）”中的“安装、调试、配合验收、培训方案”评分标准：

原评分标准：

安装、调试、配合验收、培训方案（0-9 分）

根据投标人提供的（1）安装调试方案；（2）产品出厂自检方案、项目交付配合采购人验收实施方案；（3）培训方案进行综合评分；

投标人提供针对上述三项内容阐述完整合理可行的得 9 分，每有一项内容有缺陷的扣 2 分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 3 分，扣完为止。

现更正为：

配送及安装、调试、培训方案（0-9 分）

根据投标人提供的（1）配送及安装服务方案；（2）设备调试方案；（3）培训方案进行综合评分；

投标人提供针对上述三项内容阐述完整合理可行的得 9 分，每有一项内容有缺陷的扣 2 分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 3 分，扣完为止。

（二）招标文件的第四章技术标准和要求中“四、具体技术要求”“3、具体要求、具体设备参数及数量要求”的相关技术参数更正如下：

1、“（4）物理 DIS 实验仪器设备清单”中“气体压强传感器”技术参数更正为：

- 1、测量范围不小于 0kPa~700kPa；分度：0.1kPa；
- 2、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
- 3、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
- 4、支持 Windows、Android、macOS、iPad OS、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统。

2、“（4）物理 DIS 实验仪器设备清单”中“多量程电流传感器”技术参数更正为：

- 1、测量范围不小于-3A~+3A；分度不大于 0.01A；测量范围不小于-200mA~+200mA；分度不大于 1mA；测量范围不小于-20mA~+20mA；分度不大于 0.1 mA；
- 2、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；

- 3、支持硬件数据调零和软件数据调零；
- 4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
- 5、支持 Windows、Android、macOS、iPad OS、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统；
- ▲6、提供依据 JJF1587-2016 数字多用表校准规范的 10.000mA、20.000mA、30.000mA、100.00mA、200.00mA、300.00mA、1.0000A、2.0000A、3.0000A 校准证书。

3、“（4）物理 DIS 实验仪器设备清单”中“多量程电压传感器”技术参数更正为：

- 1、测量范围不小于 $-20V \sim +20V$ ；分度不大于 0.01V； 测量范围不小于 $-2V \sim +2V$ ；分度不大于 0.001V； 测量范围不小于 $-0.2V \sim +0.2V$ ；分度不大于 0.1mV；
- 2、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
- 3、支持硬件数据调零和软件数据调零；
- 4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
- 5、支持 Windows、Android、macOS、iPad OS、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统；
- ▲6、提供依据 JJF1587-2016 数字多用表校准规范的 0.1000V、0.2000V、1.0000V、2.0000V、10.000V、20.000V 校准证书。

4、“（7）化学实验室排风设备清单”中“玻璃钢离心排风机”在原技术参数基础上增加以下技术参数（原有其他技术参数不变）：

供电制式：电源电压：三相 AC380V，50Hz，允许电压波动 $-10\% \sim +10\%$ 可正常运行。

5、“（7）化学实验室排风设备清单”中“玻璃钢离心排风机（电机防爆）”在原技术参数基础上增加以下技术参数（原有其他技术参数不变）：

供电制式：电源电压：三相 AC380V，50Hz，允许电压波动 $-10\% \sim +10\%$ 可正常运行。