



上海交通大学医学院附属新华医院 4K 高

清关节镜采购项目

国际竞争性招标文件

招标编号：1825-244A20242526

医院采购编号：CGZC24538

(第二册)

招标人：上海交通大学医学院附属新华医院

招标机构：上海财瑞建设管理有限公司

2024 年 10 月

总 目 录

第五章 投 标 邀 请..... 1

第六章 投 标 资 料 表..... 4

第七章 合 同 专 用 条 款..... 22

第八章 货物需求一览表和技术规格..... 29

第五章 投 标 邀 请

第五章 投标邀请

日期：2024-11-25 17:00

招标编号：1825-244A20242526

1 上海财瑞建设管理有限公司（以下简称“招标机构”）受上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就招标人下列货物和有关服务提交密封投标：

4K 高清关节镜，1 台。政府采购编号：0024-W00036127；项目预算：人民币 2,000,000.00 元。

2 本次招标所需的资金来源已经落实。

3 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1) 投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的为机电产品国际招标投标活动提供公共服务的电子交易平台（以下简称机电产品招标投标电子交易平台，网址为：www.chinabidding.com）上完成有效注册；

2) 本次招标不接受联合投标。

3) 如投标人拟投标货物为医疗器械的，应提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标人应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）

4) 投标人具有合法经营资质的独立法人或其他组织，独立承担民事责任。

5) 境内投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6) 境内投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7) 投标人是专业生产本次所需设备的制造商，或持有制造商正式授权的代理商。

4 凡愿参加投标的合格供应商登录上海财瑞招投标平台

（<http://www.cairuibidding.com.cn/CrZtb/portalweb/index>），在网上招标系统中上传如下材料：

1) 《营业执照》复印件或企业注册证明文件复印件。

2) 获取招标文件用的法定代表人授权委托书（或法定代表人证明）原件。

3) 被授权人(或法定代表人)身份证复印件。

4) 境内投标人被授权人在本单位的社保缴纳证明(近6个月内任意一个月)。

注:以上资料复印件必须加盖公章。如有缺漏,采购代理机构将拒绝其获取招标文件。

5 招标文件发售

1) 发售时间:2024-11-25 17:00~2024-12-02 17:00,过时不候。

2) 发售地点:凡愿参加投标的合格供应商须在上述规定时间内登录上海财瑞招投标平台(<http://www.cairuibidding.com.cn/CrZtb/portalweb/index>)首页免费下载《用户手册-供应商》,并根据操作手册提示进行免费实名信息录入,完成录入后登录平台、网上付费(购买招标文件)、免费下载电子招标文件等操作,逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标文件将被拒绝。

注:投标人须保证获取招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致,如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

3) 招标文件售价:每本600元,售后不退。

4) 未从招标机构处购买招标文件的潜在投标人将不得参加投标。

5) 其中,机电产品国际招标标准招标文件(第一册)由投标人在“机电产品招标投标电子交易平台(www.chinabidding.com)”上自行下载。

6 投标截止时间及开标时间:2024-12-17 14:30(北京时间)。所有投标文件应于投标截止时间之前递交至开标地点,逾期送达的投标文件恕不接受。

7 开标地点:上海市长宁区延安西路1319号15楼。

招标机构名称:上海财瑞建设管理有限公司

详细地址:上海市长宁区延安西路1319号15楼

邮 编:200050

联 系 人:姜诚东、王琰、孙瑞声

电 话:62261357、15001951689、18964609709

传 真: /

电子信箱:wangrong@cairui.com.cn

第六章 投 标 资 料 表

分 目 录

第六章 投标资料表.....	6
附件 6-1 银行资信证明	19
附件 6-2 质保期结束后第 1~5 年所需的备品备件、易损件报价表	20

第六章 投标资料表

本表关于要采购货物的具体资料是对招标文件第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
一、说明	
1.1	招标人的名称、地址及联系方式： 名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地址：上海市杨浦区控江路 1665 号 联系人：李逸明 电话：25078999 传真：/
1.2	招标机构名称、地址及联系方式： 名称：上海财瑞建设管理有限公司 地址：上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼 联系人：姜诚东、王榕、孙瑞声 电话：62261357、15001951689、18964609709 传真：/ 电子信箱：wangrong@cairui.com.cn
1.3	项目概况： 本招标项目的名称为上海交通大学医学院附属新华医院 4K 高清关节镜采购项目采购招标。 项目任务单号：招 2024-2526 根据需要补充下列内容： 本次招标共分 1 个包件，各个包件编号及货物名称分别为： 包件一：上海交通大学医学院附属新华医院 4K 高清关节镜采购项目 评标委员会将以包件为单位进行评标；招标人将以包件为单位进行授 标。 本次招标的资金性质为：

条款号	内 容
	财政资金，本次招标为依法必须进行招标的项目。 凡招标文件未作规定之处，按中华人民共和国有关法律、法规以及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（中华人民共和国国家商务部令（2014）第1号）执行。
二、招标文件	
6.1	提交对招标文件澄清要求的截止期： 同获取招标文件截止日期
三、投标文件的编制	
8	投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。 本次招标的评标报告使用中文。
10.3	备选方案： 本次招标不允许投标人提交备选方案（非本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划），凡包含备选方案的投标都将被否决。
11.2	报价缺漏项范围或比重： 投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之十（10%），超过这一比例时，评标委员会将对其投标直接作否决处理。
11.5	是否设最高投标限价： 本次招标的最高投标限价为人民币 2,000,000.00 元，超过最高投标限价时，将对其投标直接作否决处理
11.6.1	从境内供货的投标报价方式：销售价（最终目的地：上海交通大学医学院附属新华医院） （除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”） 是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是

条款号	内 容
	其他伴随服务的费用： 货物运抵项目现场前发生的仓储费、装卸费、运输费、保险费以及提供合同专用条款第 16.1 条所规定的全部伴随服务的费用。
11.6.2	从境外供货的投标报价方式： DDP 价（最终目的地：上海交通大学医学院附属新华医院） 是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用： 是 其他伴随服务的费用： 货物运抵项目现场前发生的仓储费、装卸费、运输费、保险费以及提供合同专用条款第 16.1 条所规定的全部伴随服务的费用。
11.9	投标报价性质： 投标人如果中标，其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
12.1	从中国境内提供的货物和服务的投标货币： 人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。
12.2	从中国境外提供的货物和服务的投标货币： 人民币。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。
13.1	是否允许联合体投标： 不允许。
13.3	合格投标人的资格要求及其证明文件： 投标人应同时满足下列要求（须提供要求中列明的资格证明文件）： 1）投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的为机电产品国际招标投标活动提供公共服务和行政监督的网上平台（以下简称招标网，网址为： http://www.chinabidding.com ）上完成有效注册。 2）本次招标不接受联合投标。 3）如投标人拟投标货物为医疗器械的，应提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标人应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。 （仅适用于医疗器械） 4）投标人具有合法经营资质的独立法人或其他组织，独立承担民事责

条款号	内 容
	任。 5) 境内投标人未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 6) 境内投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 7) 投标人是专业生产本次所需设备的制造商，或持有制造商正式授权的代理商。
14.3	专用工具及备品、备件清单： 货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的技术规格中规定质量保证期内所需的备品、备件。相关费用应分别填入招标文件第四章格式 IV-3 所示的“投标分项报价表”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。 对重要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第 26.4.8 条第 (2) 款。 (本招标文件的提及有重要技术要求是指技术规格中加注星号 (“★”) 的重要技术条款或技术参数，下同。)
15.1	是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额： 本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币；投标保证金的金额为 4 万元人民币或可在中国境内银行自由兑换的等值外币（按投标截止日第十四（14）天前最近时刻中国银行公布的相应外币的现汇买入价计算）。 (1) 开户行：中国农业银行股份有限公司上海定西路支行 (2) 账号：094309010400785286888170491 (3) 联系电话：62261357、15001951689、18964609709
15.3	投标保证金形式和收退方式： 当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，

条款号	内 容
	其有效期应不短于投标有效期。
16.1	投标有效期： 九十（90）个日历日
17.1	投标文件副本的份数： 四（4）份 投标人在递交纸型投标文件的同时还应以只读光盘形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用 Word 或 Excel 格式；图纸文件应采用 AutoCAD 格式；图像文件应采用 JPEG 或 TIF 格式），和“开标一览表”封装在一起。
17.2	投标文件的小签： 除没有修改过的公开发布的印刷样本外，投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署。
四、投标文件的递交	
18.1	投标文件拒收条件： 未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或者未按照招标文件要求进行外层密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。
18.2	投标文件的提交地址： 中国上海市延安西路 1319 号（利星行广场）15 楼上海财瑞建设管理有限公司 在投标文件的外层信息上应清晰地注明：_____（填入招标项目名称）的投标文件，招标编号_____（填入招标编号），在_____（填入投标截止日期及时间）_____（北京时间）前不得开启。 如采用挂号信或快递方式提交投标文件，在投标文件的外层信封上应清晰地注明下列信息： （1）邮政编码：200050 （1）收件地址：中国上海市延安西路 1319 号（利星行广场）15 楼上海财瑞建设管理有限公司 （2）收件人：本资料表第 1.2 条注明的联系入 采用挂号信或快递方式提交投标文件的，提交时间以收件人签收时间为准。投标人不派授权代表参加开标仪式的，视为其默认开标结果，且对整个开标过程无异议。

条款号	内 容
19.1	投标截止时间： 2024-12-17 14:30（北京时间）
五、开标与评标	
22.1	开标的日期、时间和地点： 日期：2024-12-17 14:30（北京时间） 地点：中国上海市延安西路 1319 号（利星行广场）15 楼上海财瑞建设管理有限公司的指定会议室
23.1	评标办法： 评标委员会将按照最低评标价法进行评标。
25	评标货币换算： 本次招标的评标货币为美元，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价货币相对于美元的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格（此时对于人民币报价部分，换算所需的人民币相对于美元的卖出价即为中国银行公布的美元相对于人民币的现汇买入价；对于美元之外的其他国际通用货币，换算所需的该货币相对于美元的卖出价即为中国银行公布的该货币相对于人民币的卖出价除以美元相对于人民币的现汇买入价）。
26.4	评标价量化因素： 投标人须知第 26.3 中的第 1)～5)、7)～8) 款
26.4.1	货物进关后运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务： 本合同的项目现场为 <u>上海交通大学医学院附属新华医院</u> 。投标人应提供： （1）每件包装箱的估计尺寸和运输重量； （2）每件包装箱的 EXW（工厂交货）价（对境内供货）、CIF（上海港）价（对境外供货）； （3）按本招标文件第四章格式 IV-3 “投标分项报价格式” 的规定报明“至最终目的地的运费和保险费”。 在评标时将按投标人须知第 26.4.1 条的规定，在评标价格中计入内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。
26.4.2	交货期的偏离： 所选方案：1) 要求在合同生效后承诺的交货期内完成所有货物的供货、安装、调试、试

条款号	内 容
	车、性能检验及验收准备工作，具备提交买方验收的条件。如不符合上述要求，则以投标文件进度安排中具备验收条件的时间节点为准，每延期一周评标价格将在对应包件经核实的投标总价（系指已对可能存在的算术计算错误、报价漏项以及折扣或涨价声明进行纠正、调整和考虑之后的投标总价，下同）的基础上上调百分之零点五（0.5%）。
26.4.3	付款条件的偏离： 所选方案：1） 本项目付款方式详见“第七章合同专用条款”。 投标人应首先按招标文件中规定的付款条件和方式进行报价，同时允许投标人提出一个付款偏离计划，但应申明其投标报价所对应的付款条件和方式仍为招标文件中规定的付款条件和方式，并申明采用投标人提出的付款偏离计划后其投标总价可降低多少以及具体的降价环节或方式。在评标时仍将按付款条件和方式符合招标文件规定的投标报价为基础，但中标后招标人可以考虑接受中标人此前提出的付款偏离计划，并相应降低合同价格，也可以不考虑中标人此前提出的付款偏离计划。 投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的，其投标将被否决。凡是未申明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。
26.4.4	零部件和备品、备件的费用： 所选方案：1） 投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后技术规格中规定质量保证期内所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入招标文件第四章格式 IV-3 所示的“投标分项报价表”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。
26.4.5	中国境内的备品、备件供应和售后服务设施： 投标人提供的售后服务应满足下列要求： （1）在中国境内应设有固定的备品、备件供应渠道； （2）一旦接到报修电话或传真后，应在 2h 内作出响应，在 4h 内派遣

条款号	内 容
	有经验的维修工程师到现场提供维修服务（质量保证期内免费，质量保证期后只收取合理成本费）； （3）维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在 24h 内修复；对于重大故障一般应在 48h 内修复，如在 3 天内无法修复提供与投标设备相同的备用机。 投标人对上述第（1）或第（2）或第（3）款要求的偏离，其评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之 1（1%）。
26.4.6	预计的运行和维护费用： 不适用
26.4.7	设备性能和生产率： 所选方案：1） 招标文件技术规格中加注星号（“★”）的条款、参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为主要技术要求；本资料表第 26.4.8 条第（1）款所列明的各项商务要求均为主要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足此类要求，其投标将被否决。 如果投标人提供的货物、服务及承诺的相关条件的不符合项累计达到 5 项及以上（本招标文件有编号或标志的任一最低层条款均算作一项，下同），其投标也将被否决。 招标文件技术规格中所有未加注星号（“★”）的要求均为一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之一（1%）；
26.4.8	其它额外评标因素和标准： 除本资料表第 13.3 条、第 26.4.1～26.4.7 条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下： （1）主要商务要求

条款号	内 容
	投标人在其投标文件中必须对本款所列的主要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标货物制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （b）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； （c）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （d）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （e）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法）； （f）投标人身份不合格（包括不是来自中华人民共和国的正常贸易国；投标人或制造商与招标人、招标代理机构及相关咨询机构有任何关联；在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织）； （g）未按招标文件第四章格式 IV-1 填写和提交“投标书”； （h）未按招标文件第四章格式 IV-2 填写和提交“开标一览表”； （i）未按招标文件第四章格式 IV-3 填写和提交“投标分项报价表”； （j）投标有效期不足； （k）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第 15.1 条和 15.3 条以及招标文件第四章格式 IV-7 的规定； （l）投标文件无单位负责人签字，或签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式 IV-8）； （m）投标文件未按规定签署（包括逐页小签）； （n）投标人（包括投标联合体的各成员）或制造商的资格或提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括： （i）资格声明（格式见招标文件第四章格式 IV-9-1）； （ii）制造商资格声明（格式见招标文件第四章格式 IV-9-2）；

条款号	内 容
	(iii) 贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式 IV-9-3，制造商直接投标时无需填写和提交该资格声明）； (iv) 制造商出具的授权函（格式可参考招标文件第四章格式 IV-9-4，制造商直接投标时无需填写和提交该授权函）； (v) 证书（格式见招标文件第四章格式 IV-9-5）； (vi) 银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件 6-1）； (o) 投标人的业绩不符合招标文件的要求； (p) 承诺的质量保证期不符合招标文件的要求； (q) 除本资料表第 11.5 条明确允许外，在投标文件中包含价格调整要求； (r) 以联合体形式投标的投标人未提交共同投标协议，或者在该协议中未说明联合体的牵头人、联合体各方拟承担的工作及责任或联合体各成员之间将承担连带责任（仅适用于接受联合体投标的招标项目）； (s) 承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第 32.2 条不符； (t) 承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第 34 条不符； (u) 投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作的更正； (v) 投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格； (w) 因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例； (x) 在投标截止期前未在机电产品招标投标电子交易平台（网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册； (y) 有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。 (2) 技术标书的编制要求 对于技术规格中加注星号（“★”）的主要技术要求，投标人在其投

条款号	内 容
	标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决。上述技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过 3C 认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标货物制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标货物制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。 如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要技术要求（若有时），或加注星号（“★”）的主要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的； （b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或累计的（若有时）； （c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的； （e）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。
26.5	中标候选人数量： 1 家
27	综合评价法： 不适用
六、授予合同	
31.3	中标人确定方法： 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。
36	招标服务费： 本项目的采购代理服务费用由中标人支付，按中标金额*1.09%计取。如出现非招标代理原因的招标失败情况，重新招标产生的专家费用由中标人承担。
适用于本次招标的额外增加的变动	

条款号	内 容
	(1) 投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现存在缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。 (2) 除本资料表第 26.4.3 条选择方案 1) 时所允许提交的付款偏离计划外，招标人将不接受投标人的提出的选择性报价或者带有附加条件的报价，如有发生时，其投标将被否决。 (3) 如果购买招标文件的潜在投标人少于三个的，或投标人少于三个的，或开标后认定投标人少于三个的，或按招标文件投标人须知第 16.2 条同意延长投标有效期的投标人数量不足三个的（若在开标前招标机构已通过规定的报备程序选择并实施了两家开标，则上述规定中的“三个”均改为“两个”），招标人将依照规定重新招标。 (4) 投标人在其供货清单中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备或软件，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标书”和“开标一览表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。 (5) 投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。 (6) 投标人的报价不应有缺漏项（含漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之十（10%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。 (7) 当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需缴纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。 (8) 凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离

条款号	内 容
	表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。 (9) 当所有投标人的投标文件均不符合招标文件的某项主要商务或技术要求时，评标委员会在不影响评标公正性的前提下，可以选择统一放宽该项要求。 (10) 如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了关税和进口增值税，则必须在“开标一览表”的“价格条件”或“备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版《国际贸易术语解释通则》(Incoterms)中对相关贸易术语的定义进行处理。 (11) 如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺，则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。 (12) 投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。 (13) 投标人在其投标文件中应提供下列技术文件： (a) 设备的设计、配置方案及说明； (b) 质保期结束后第 1~5 年所需的备品备件、易损件报价表（格式见本资料表附件 6-2） (c) 主要设备的产品样本、认证证书、鉴定报告和试验报告（若需要时）

附件 6-1 银行资信证明

(此格式仅供参考)

编号: _____

日期: _____

致 (To) :

_____ (投标人名称) 委托我行对其资信状况出具证明, 经确认具体情况如下:

1 结算纪律执行情况

兹证明从 _____ 年 _____ 月 _____ 日到 _____ 年 _____ 月 _____ 日止, _____ (投标人名称) 在我行的结算纪律执行情况列示如下:

内容	空头支票	印鉴不符
次数	_____次	_____次
金额	_____元	_____元

2 存款情况

兹证明 _____ 年 _____ 月 _____ 日, _____ (投标人名称) 在我行的存款帐户余额情况如下:

银行帐号	帐户性质	货币种类	贷方余额	备注

仅此证明

银行名称: _____

授权签字人: _____

附件 6-2 质保期结束后第 1~5 年所需的备品备件、易损件报价表

序号	名称	数量	规格型号	制造商	原产地	价格条件	单价	合价	主要技术指标	遵循的标准、规范

投标人代表签字_____

- 注：（1）本表价格不计入投标总价。
- （2）本表作为招标文件第四章格式 IV-3 “投标分项报价表” 的附表。
- （3）对境外备品备件报 CIP；对境内备品备件报销售价。

附件 6-3 信誉声明

没有重大违法记录的声明

声 明

本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：

第七章 合同专用条款

分 目 录

第七章 合同专用条款 24

1 定义 24

7 履约保证金 24

11 装运条件 24

16 伴随服务 24

17 备件 25

18 保证 25

20 付款 25

32 争端的解决 28

35 通知 28

36 税和关税 28

第七章 合同专用条款

1 定义

1) 本合同下列术语应解释为:

2) 买方系指_____，其联系方式如下:

a) 买方地址: _____

b) 买方邮编: _____

c) 买方电话: 86-21-_____

d) 买方传真: 86-21-_____

e) 买方 E-mail: _____@_____

f) 买方联系人: _____

3) 卖方系指_____，其联系方式如下:

a) 卖方地址: _____

b) 卖方邮编: _____

c) 卖方电话: _____

d) 卖方传真: _____

e) 卖方 E-mail: _____@_____

f) 卖方联系人: _____

4) 项目现场系指_____。

7 履约保证金

7.1 履约保证金金额为合同价格的_____，履约保证金币种为人民币。

11 装运条件

11.1 如果是 CIF/CIP 合同:

1) 目的港为上海港，项目现场见本专用条款第 1 条第 4) 款。

11.3 如果是 FOB/FCA 合同:

1) 目的港为上海港，项目现场见本专用条款第 1 条第 4) 款。

16 伴随服务

16.1 本合同项下卖方应提供的伴随服务为合同通用条款第 16.1 条第 1)、2)、3)、5) 款。

1) 卖方在本合同项下还应增加提供以下伴随服务:

-
- 2) 应负责将所供货物运抵项目现场, 并承担货物在运抵项目现场前发生的所有仓储费、运输费、保险费以及进口设备的法定商检、港杂(如装卸、驳运、港务和港监等)、检疫(如卫生检疫和动植物检疫等)费用(进口设备关税和进口增值税由买方支付, 通关手续由买方代理负责办理);
 - 3) 应对所供货物的界面接口设计(包括软、硬件接口)及其安装工程的初步设计和施工图设计提供配合(如委派有关人员参加设计联络会或对买方提供的图纸进行确认等);
 - 4) 应对买方指定的土建工程以及相关系统和设备的卖方或供应商提供接口配合与支持(包括软、硬件接口)。

17 备件

17.2 卖方的供货范围中应包括货物通过性能检验和验收, 且正式投入使用后合同规定质量保证期内所需的备品、备件。

- 1) 卖方还应按其在投标时填写和提交的“货物正式投入使用后第___年至第___年所需的备品、备件报价表”, 在规定年限内向买方提供所需的备品、备件。在上述___年保证供应期后, 卖方仍应以不高于向其他同类客户的供货价格, 向买方长期提供所需的备品、备件。

18 保证

18.2 本合同项下的质量保证期为全部货物通过买方验收后的 个月, 或在最后一批货物运抵项目现场后的 个月, 以先到者为准。

18.4 卖方免费维修与更换缺陷部件的响应时间为收到买方报修电话或传真后的 2h 内, 且卖方还应在 4h 内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务, 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修, 对于一般故障应在 24h 内修复; 对于重大故障一般应在 48h 内修复, 如在 3 天内无法修复提供与投标设备相同的备用机。

20 付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件如下所列:

项目结束验收合格后一次性支付合同总价的 100%

20.2 对于境内中标人, 上述各期付款均采用汇票、支票或银行划帐方式支付。对于境外中标人, 上述交货付款以有效期不超九十(90)天的即期 L/C 方式支付; 其他付款以 T/T 方式支付。

20.3 卖方应按下列规定提供支付所需的单据：

1) 对于境外供货的合同或合同部分

a) 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

- i) 金额与预付款相等的商业发票一式 5 份；
- ii) 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式 III-3（或采用买方可接受的其他格式）；
- iii) 说明货物名称、数量、单价和总价的形式发票一式 5 份。

b) 卖方应在货物装船启运后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据（通过 L/C 的通知行和开证行转递，并复印一套给保险公司）：

- i) 金额与交货付款相等的商业发票一式 5 份；
- ii) 全套空白抬头、空白背书并注明到货港、承运公司及“运费已付”的已装船清洁海运提单（或已交付清洁空运提单）正本一式 3 份、副本一式 2 份；
- iii) 详细的货物装箱单一式 5 份；
- iv) 按发票金额 110%投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险的保险单正本 1 份，副本一式 4 份；
- v) 合同通用条款第 8.5 款规定的制造厂出具的质量检验合格证书一式 5 份；
- vi) 以买方为台头致（银行名称）的金额与交货付款相等的即期汇票；
- vii) 表明承运船只已经买方同意的信函；
- viii) 由当地商会出具的货物原产地证书一式 5 份；
- ix) 已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第 84 号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施 IPPC 专用标识的声明 1 份，或未使用木质包装的声明 1 份；
- x) 相关设备通过 CCC 强制产品认证的证书复印件 1 份（若需要时）；
- xi) 合同通用条款第 12 款规定的通知启运的通知复印件 1 份。

c) 买方必须在货物运抵到货港至少七（7）天前收到上述第 b) 款所述的所有单据，如果未能收到，则卖方应承担由此导致的相关费用。

d) 卖方应在所有系统设备安装完工向买方书面提出支付安装完工付款要求的同时，提供下列单据：

i) 金额与安装完工付款相等的商业发票一式 5 份；

ii) 买卖双方代表签署的设备安装完工证书副本 1 份。

e) 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

i) 金额与验收付款相等的商业发票一式 5 份；

ii) 买卖双方代表签署的验收合格证书副本 1 份。

f) 卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时，提供下列单据：

i) 金额与质量保证期后付款相等的商业发票一式 5 份；

ii) 买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本 1 份。

2) 对于境内供货的合同或合同部分

a) 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

i) 金额与预付款相等的商业发票；

ii) 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式 III-3（或采用买方可接受的其他格式）。

b) 卖方应在货物运抵项目现场并通过开箱检验后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据：

i) 金额与交货付款相等的商业发票；

ii) 货物装箱单一式 5 份；

iii) 制造厂出具的货物检验合格证书一式 5 份；

iv) 进口货物原产地证书一式 5 份（适用于进口货物）；

v) 进口货物报关单、进口环节税完税证明副本各 1 份（适用于进口货

物);

vi) 买方出具的到货证明副本 1 份。

c) 卖方应在所有系统设备安装完工向买方书面提出支付安装完工付款要求的同时, 提供下列单据:

i) 金额与安装完工付款相等的商业发票;

ii) 卖双方代表签署的设备安装完工证书副本 1 份。

d) 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时, 提供下列单据:

i) 金额与验收付款相等的商业发票;

ii) 买卖双方代表签署的验收合格证书副本 1 份。

e) 卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时, 提供下列单据:

i) 金额与质量保证期后付款相等的商业发票;

ii) 买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本 1 份。

32 争端的解决

32.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁 (SIETAC), 按其在申请仲裁时有效的仲裁规则在中国上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

35 通知

35.1 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送到本专用条款第 0 条第 7) 款所示的地址; 买方给卖方的通知应用书面形式送到本专用条款第 0 条第 8) 款所示的地址。

36 税和关税

36.1 互惠协议的名称为《中华人民共和国和(待定)政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

第八章 货物需求一览表和技术规格

分目录

第一部分	货物需求一览表.....	31
第二部分	技术规格.....	32

第八章 货物需求一览表和技术规格

第一部分 货物需求一览表

序号	货物名称	规格	数量	交货期
1	4K 高清关节镜	详见本章第二部分“技术规格”。	1 台	合同生效后 30 天内交货

注：1. 如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前（ 15 ）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装组织指导、系统调试、工艺试车、性能检验及验收准备工作。

第二部分 技术规格

技术规格补充说明

1. 本技术规格如与招标文件的其他部分有冲突，以本技术规格为准。
2. 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。
3. 本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。
4. 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

技术规格：

4K 高清关节镜/1 台

一、技术参数要求

（一） 医用监视器

1. IPS 医用显示屏 ≥ 30 英寸
2. 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，显示屏亮度 ≥ 1000 cd/m²
3. 可视角度 $\geq 178^\circ$ ，显示比例 16: 9，对比度 1300:1

-
4. 视频处理技术 $\geq 10\text{bit}$, ≥ 10 亿色
 5. 可预设置画面的 Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数

(二) 4K 全画质摄像系统

1. 主机输出分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 图像帧: ≥ 60 帧/秒, 显示比例: 16: 9:
2. ★摄像主机具备 AGC 图像自动增益处理技术; 具备 DNR 3D 数字降噪处理技术
3. ★水平分辨率 ≥ 2300 线, 垂直分辨线为 ≥ 1800 线。
4. 用户可通过触摸屏定义四种临床科室影像模式及设置, 分别为: 标准关节镜模式、关节镜柔和模式、关节镜增强模式、小关节镜模式; 用户可通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度。
5. 可实现图像 ≥ 6 倍电子放大, BT. 2020 色域, 图像信噪比 $\geq 60\text{dB}$ 。
6. 主机可同时输出 4K 影像与 1080P 影像信号, 可满足 4K 影像与 1080P 手术转播设备兼容, 可通过主机端口实现软件升级, 全数字信号输出端口包含: 4K HDMI $\times 2$ (HDMI 2.0 标准)、DVI $\times 1$ (高清 1080P)、SWITCH $\times 1$ 、E-PORT $\times 1$ 、PS/2 $\times 1$ 。
7. ★摄像主机内置图像工作站, 具备 4K 拍照与录像功能, 可通过摄像头按键操作
8. ★摄像头采用 4K CMOS 图像传感器芯片, 芯片像素 ≥ 829 万
9. 逐行扫描, 全数字化 4K 摄像头, 数字化信号传输, 具备 ≥ 2 倍以上光学变焦功能
10. 摄像头按键可设置不少于 5 种快捷操作键, 可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节、切换等操作。
11. 摄像头镀金头银导线传输, 使用寿命 ≥ 5000 小时, 连续运行恒温不发烫, 图像恒定无热衰减。

(三) 医用内窥镜冷光源

1. ★光源主机采用 LED 照明光源, 色温至少包含 3000K-7000K, 光通量 $\geq 2000\text{Lm}$, 需提供注册证相关内容证明
2. ★具有待机功能, 可单独开关光源, 光源寿命 ≥ 60000 小时
3. 主机可调节亮度大小, 实时显示光源亮度值
4. 导光束插口有保护装置, 意外拔出可自动关闭保护, 避免人眼意外伤害
5. 导光束通光直径 $\geq 5\text{mm}$, 长度 $\geq 3000\text{mm}$
6. 导光束可高温高压灭菌消毒。

(四) 关节内窥镜

1. 关节镜蓝宝石镜片, 耐磨, 防腐蚀

-
2. 柱镜技术, $\geq 10^\circ$ 广角视野, 不变形
 3. 关节镜可高温高压消毒
 4. 视向角: $\geq 30^\circ$; 工作长度: $\geq 175\text{mm}$; 外径 ≥ 4.0 ; 光学工作距: $\geq 4\text{mm}$; 景深: 至少包含 3mm-150mm; 有效光度率: $\geq 1500\text{cd}/(\text{m}^2 \cdot \text{lm})$

(五) 刨削动力系统

1. LCD 触控液晶显示屏;
2. 双手柄通道, 支持切换工作模式;
3. ★手控手柄, 通过手柄可操控刀头的正转、反转、往复转, 并能在预设速度(高速和低速)之间交替切换
4. 刨刀转速: 正转/反转至少包含 100 rpm -5000rpm, 往复至少包含 500 rpm -3000 rpm, 磨头转速: 至少包含 500 rpm -8500rpm;
5. 主机可自动识别刀头类型, 具备转速记忆功能, 转速可根据需求进行设定;
6. ★动力手柄具有刨刀头定位功能
7. 通用大小刨刀, 刨刀可涵盖运动医学所有类型, 支持高温高压消毒
8. ★配备锥形刨削刀头

(六) 等离子手术设备

1. 工作主频率为 $\geq 100\text{KHz}$, 要求最大浮动范围控制在 10%内
2. 输出功率: 切割模式的额定输出功率为 $\geq 300\text{W}$, 凝血模式的额定输出功率为 $\geq 25\text{W}$, 要求最大浮动范围控制在 20%内
3. 具有治疗时间计时功能, 为使用者提供判断信息
4. ★切割档位 ≥ 9 档可调; 凝血档位 ≥ 5 档可调
5. 具备自检和故障提示功能, 并能自动监测手术电极及脚踏是否连接
6. 脚踏开关具有切割、凝血及调节切割模式工作档位功能
7. ★可以选择滴定功能电极, 设备具备蠕动泵, 转速(RPM)至少包含 20-300, 转速调节步进 $\leq 20\text{RPM}$
8. 主机具备触摸液晶显示屏, 可显示切割、凝血工作模式及档位, 档位可触摸式调节。
9. 主机声音大小可调节;
10. ★等离子手术设备具备工作指示灯, 切割及凝血工作模式下, 两侧指示灯可相应亮起
11. 能通过电极手柄控制启动、切换切割和凝血模式, 通过黑色按钮调节切割模式工

作档位

12. 刀头配备抽吸引功能，可吸引手术中产生的气泡和杂质
13. 具备多种刀头选择：适用于肩、髋、膝、腕、肘、踝关节。
14. ★配备 0° 带滴定功能一次性等离子手术电极

(七) 腕关节牵引架

1. 由底座、立杆、横向吊臂、牵引指套组成
2. 底座、立杆、横向吊臂均由 304 不锈钢制成
3. 适用于任意品牌手术床
4. 控制腕关节接头可牵引腕关节并将关节置于掌屈或背伸状态
5. 长 (mm): 230 ± 50 , 宽 (mm): 155 ± 50 , 高 (mm): $760-810 \pm 100$ (可调节范围), 可调高度适用于不同臂长的患者
6. ★腕关节牵引架可拆卸, 非牵引指套部件可高温高压消毒

(八) 膝关节固定架

1. ★膝关节固定架可根据肢体体型调节固定架高度及宽度
2. 预留止血带空间, 可由关节镜改为开放式手术;
3. 可高温高压消毒。

(九) 手术工具

1. ★配备 ≥ 15 件肩关节镜手术工具、 ≥ 15 件人工韧带手术工具

二、售后服务要求

1. 响应时间:

- 1.1. 一旦接到报修电话或传真后, 应在 2h 内作出响应, 在 4h 内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务 (质量保证期内免费, 质量保证期后只收取合理成本费);
- 1.2. 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修, 对于一般故障应在 24h 内修复; 对于重大故障一般应在 48h 内修复, 如在 3 天内无法修复提供与投标设备相同的备用机。
2. 维保内容与价格: 提供质保期外每年的全保保修价格 (不超过投标总价的 7%)
3. 备品备件供货价格: 备件需为原厂备件或可替代质量合格其他, 备件价格不高于市场价的 80%。
4. ★保修年限: 原厂保修 ≥ 5 年

三、其他要求:

-
1. 产品附件要求：同配置要求
 2. 产品升级服务要求：软件永久免费升级和安装
 3. 安装调试：在货物到达使用单位后，投标人应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
 4. 提供技术援助：由原厂工程师提供技术援助。
 5. 培训：设备厂家委派指定技术人员向用户有关科室提供关于安装、调试、消毒、清洗、维护保养等方面的现场讲解与培训。
 6. 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照招标方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）终身维修。