

采购需求澄清（第二次）

1. 本项目包件 2 主要技术参数第 1.1 条更正为“具备电控非风箱式呼吸机模块，无需驱动气体，当出现气源失供时（中央气源和钢瓶供气中断），麻醉机可抽取周围空气继续进行机械通气，保证病人安全。”
2. 本项目包件 2 一般技术参数第 1.7 条更正为“最大吸气流速： ≥ 110 L/min 1.10 吸气时间：0.2 - 5 秒；吸呼比：2:1 - 1:8，1.11 吸气压力 $P_{insp} : (PEEP + 5) - 60$ cmH₂O（压力模式下）；压力限制 $P_{max} : (PEEP + 10) - 80$ cmH₂O；呼气末正压 PEEP：关，2 ~ 35 cmH₂O。”
3. 本项目包件 4 一般技术参数-腹腔镜系统 B 删除第 4 条“具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压 CVP 数值在腔镜屏幕中。”
4. 本项目包件 4 重要技术参数-腹腔镜系统 A 第 3 条“内置刻录功能录像清晰度 4K 和高清可选，录像符合 H.265 录像编码规范，20-120Mbps 码率可调，其中最大录像码率 ≥ 120 Mbps”分值由“2 分”更正为“3 分”。
5. 本项目包件 4 重要技术参数-腹腔镜系统 B 第 4 条“内置刻录功能录像清晰度 4K 和高清可选，录像符合 H.265 录像编码规范，20-120Mbps 码率可调，其中最大录像码率 ≥ 120 Mbps”分值由“2 分”更正为“3 分”。