

1. 本项目“设备一：手术机器人”技术参数及相应分值调整如下：

设备一：手术机器人			
一、主要功能与目标			
1.1	上海临床研究中心需采购腹腔镜内窥镜手术系统一套，主要需求：通过主从操控系统控制微创手术器械，开展腹腔镜手术操作，满足泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科所有术式的手术。		
二、主要技术参数			
2.1	产品要求-胸腹腔内窥镜手术系统，获批泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科（全术式）适应症，需在注册证适用范围内体现	3	是
2.2	结构组成可升级为2台医生控制台，可在两位主刀医生间切换分配操作权限，需在机器人产品注册证中体现证明	6	是
2.3	图像传输延时≤30ms，并提供医疗器械产品检测报告	6	是
2.4	内窥镜安装无需额外的内窥镜转接头，不减少内窥镜的工作长度	3	是
2.5	患者手术平台的吊杆位置控制方式≥2种，包含但不限于触屏和物理握杆	3	是
2.6	支持≥3种荧光显影模式（不包括白光模式），包含但不限于单荧光、彩色融合荧光、彩色梯度荧光	3	是
	主要技术参数小计分值	24	
三、一般技术参数			
3.1	具备白平衡校准功能，开启方式≥2种，包含但不限于主控	1	是

	台触摸屏、影像系统			
3.2	提供 ≥ 3 种荧光切换方式，包括但不限于指压离合、主控台触摸屏、影像系统		1	是
3.3	主刀可通过医生控制台控制第二医生主控台，分配对机械臂的控制权		1	是
3.4	内窥镜和手术器械可通过单一鞘管置入，完成单孔手术，减小患者创伤		1	是
3.5	医生控制台可实现虚拟仿真练习场景，便于示教		1	是
		一般技术参数小计分值	5	
技术参数小计分值			29	

2. 新增主观分评审因素“手术激光功能”：根据手术机器人激光功能的丰富度，激光定位的精确性，对治疗安全的保障程度综合打分（0-6分）。

3. 本项目开标时间及投标截止时间延期至 2025 年 10 月 13 日 16: 00。