

1. 本项目包件一采购需求第三部分“重要技术参数”第 1 条更改为“可接入中央站，实现输注泵和监护仪、呼吸机信息同屏查看”，分值不变；
2. 本项目包件一采购需求第三部分“重要技术参数”删除第 3 条“主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全”；
3. 本项目包件一采购需求第三部分“重要技术参数”第 4 条更改为“输液泵配套输液信息采集系统（工作站）以每 2 个通道为基本单位增减，可组合成 2/4/6/8 等通道”，分值更改为 4 分；
4. 本项目包件二采购需求第三部分“重要技术参数”第 1 条更改为“可接入中央站，实现输注泵和监护仪、呼吸机信息同屏查看”，分值不变；
5. 本项目包件二采购需求第三部分“重要技术参数”第 3 条更改为“支持接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息”，分值不变。
6. 本项目包件三采购需求第三部分“重要技术参数”第 1 条更改为“可接入中央站，实现输注泵和监护仪、呼吸机信息同屏查看”，分值不变；
7. 本项目包件三采购需求第三部分“重要技术参数”删除第 3 条“主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全”；
8. 本项目包件三采购需求第三部分“重要技术参数”第 4 条更改为“输液泵配套输液信息采集系统（工作站）以每 2 个通道为基本单位增减，可组合成 2/4/6/8 等通道”，分值更改为 4 分。