

### 采购需求澄清内容

1. 本项目包件 3 重要技术参数第 2 条更正为“具有纤维去网格功能，减少网格效应对手术影响(提供产品说明书证明文件)。”
2. 本项目包件 4 重要技术参数-腹腔镜系统 A 第 1 条更正为“主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合或双镜联合或三维重建融合显示等功能。”
3. 本项目包件 4 重要技术参数-腹腔镜系统 B 第 2 条更正为“主机支持外部图像信号源输入，支持双屏异显和画中画，可实现声镜联合或双镜联合或三维重建融合显示等功能。”
4. 本项目包件 4 一般技术参数-腹腔镜系统 A 删除第 4 条“具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压 CVP 数值在腔镜屏幕中。”
5. 本项目包件 4 一般技术参数-腹腔镜系统 B 删除第 10 条“电子镜可通过快捷键触发开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间；电子镜景深范围 20-200mm，直径 10mm，30/0 度视向角可选，工作长度 $\geq$ 320mm。”
6. 本项目包件 4 重要技术参数-腹腔镜系统 A 第 1 条及第 2 条分值由“2 分”更正为“3 分”。
7. 本项目包件 4 重要技术参数-腹腔镜系统 B 第 2 条分值由“2 分”更正为“3 分”。