三、投标报价汇总表

项目名称：上海市静安区闸北中心医院定制家具采购项目（第二次）

招标编号：310106000260121167158-06306068

序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号		配置	单价	数量	合计报价
1	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	规格型号：3600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级）抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 2、配件：	15141.00	1	15141.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4588.00		4588.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014	1657.00		1657.00

					《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1014.00		1014.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1872.00		1872.00
2	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：4200*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	17665.00	1	17665.00

			品牌：BERSON		GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5353.00		5353.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1014.00		1014.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15	918.00		918.00

					米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2184.00		2184.00
3	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：500*600*750	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	6365.00	2	12730.00
4	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	17140.00	1	17140.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。吊柜高度为 850mm，门板宽度为 450mm。地柜高度为 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
5	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	14744.00	1	14744.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
6	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：7000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	34933.00	1	34933.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，抽屉数量 10 个,四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
7	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4025*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个,四个 PP 塑料垃圾桶,垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件：	21586.00	1	21586.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
8	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	8942.00	1	8942.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，两个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		773.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
9	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	4285.00	1	4285.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
10	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：700*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	3141.00	1	3141.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作）			

					宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
11	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	3336.00	7	23352.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
12	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	3336.00	11	36696.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			

13	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度1.0mm，层板数量共4块 产品质量要求： 整体质量符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。	3484.00	1	3484.00

					指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
14	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
15	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：6375*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方	32129.00	1	32129.00

					式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，抽屉数量 10 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
16	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	4285.00	3	12855.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使			

					用防拆卸螺丝。			
17	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2500*600*850	1、材质：18mm 实木多层板，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；	10069.00	1	10069.00
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm	561.00		561.00

					深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
18	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求：	3336.00	36	120096.00

					整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
19	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	4285.00	1	4285.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
20	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	10607.00	1	10607.00
21	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2400*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	24104.00	1	24104.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上,下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两			

					块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
22	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。	3336.00	6	20016.00

					指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
23	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	4285.00	1	4285.00

					小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
24	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4000*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上,下柜门板采用平开门	38176.00	1	38176.00

					方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源			

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	561.00		561.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	816.00		816.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	3336.00		3336.00
25	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	3336.00	3	10008.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			

26	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3110*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度1.0mm，层板数量2块，抽屉数量4个，四个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，	17481.00	1	17481.00

					《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
27	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。	3336.00	5	16680.00

					3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
28	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	3484.00	2	6968.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
29	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3110*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	17481.00	1	17481.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

30	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
31	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2400*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件：	24104.00	1	24104.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）			

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
32	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1280*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	5743.00	1	5743.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源			

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
33	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	4285.00	5	21425.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。			

					锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
34	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）	8055.00	1	8055.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
35	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3750*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	20352.00	1	20352.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

36	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使	3336.00	6	20016.00

					用防拆卸螺丝。			
37	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设2层1.0mm可调电解钢板层板，层板厚度1.0mm，层板数量共4块	3484.00	1	3484.00

					产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
38	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1400*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个	15310.00	1	15310.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm			

					深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
39	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	23717.00	1	23717.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

40	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2510*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	14789.00	1	14789.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
41	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个	8973.00	1	8973.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	773.00		773.00

					2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
42	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方	18782.00	1	18782.00

					式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
43	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	8973.00	1	8973.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）			

					1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
44	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：3400*600*850	1、材质	18782.00	1	18782.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240			

					小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
45	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	3484.00	3	10452.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使			

					用防拆卸螺丝。			
46	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，	3336.00	6	20016.00

					抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
47	洗手柜	广东 广州	厂家：广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据	8973.00	1	8973.00

					《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		773.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
48	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	3484.00	1	3484.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
49	实验台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2500*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	10515.00	1	10515.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面；层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金	3187.00		3187.00

					属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢	296.00		296.00

					制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)			
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1300.00		1300.00
50	L 型实验台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3400+4400*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	32807.00	1	32807.00

					小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，抽屉数量 5 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	9941.00		9941.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014	1657.00		1657.00

					《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	2366.00		2366.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	4056.00		4056.00
51	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2050*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	12725.00	1	12725.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
52	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据	8973.00	1	8973.00

					《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		773.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
53	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4550*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度	43012.00	1	43012.00

					为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，抽屉数量 17 个（其中内置 9 个，且双门双锁） 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm			

					长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
54	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	8973.00	1	8973.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

					304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
55	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	19679.00	1	19679.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
56	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	3336.00	6	20016.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
57	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	3336.00	6	20016.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
58	L 型洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2150+1800*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	17721.00	1	17721.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作）			

					宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
59	实验台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2550*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	10725.00	1	10725.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			

				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	3250.00		3250.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15	918.00		918.00

					米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1326.00		1326.00
60	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
61	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2150*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	13174.00	1	13174.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

62	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：6400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，抽屉数量 10 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	32241.00	1	32241.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
63	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：10500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 8 块，抽屉数量 16 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为	50636.00	1	50636.00

					400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
64	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5050*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	26184.00	1	26184.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

65	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1690*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	11110.00	1	11110.00

					小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
66	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件：	22345.00	1	22345.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）			

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
67	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	3336.00	9	30024.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
68	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	3336.00	9	30024.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
69	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1900*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求：	8524.00	1	8524.00

			品牌：BERSON		五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	773.00		773.00

					2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
70	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：6460*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门	32510.00	1	32510.00

					采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，抽屉数量 10 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
71	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	16189.00	1	16189.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一			

					级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm	561.00		561.00

					深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
72	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1650*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，	17509.00	1	17509.00

					《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
73	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	22345.00	1	22345.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头			

					（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
74	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、	23268.00	1	23268.00

					不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
75	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4970*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	25825.00	1	25825.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
76	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：6560*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现	32959.00	1	32959.00

					场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
77	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：8780*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上面是抽屉，下面是门采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，	42919.00	1	42919.00

					抽屉数量 10 个，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
78	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1750*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	18388.00	1	18388.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能			

					感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
79	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：500*600*750	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	6365.00	2	12730.00
80	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1440*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平	6461.00	1	6461.00

					均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			

					亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
81	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	3336.00	12	40032.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
82				型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	3336.00	25	83400.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
83	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1800*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、	8075.00	1	8075.00

					不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		773.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
84	配餐台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	17945.00	1	17945.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个			
85	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	4285.00	2	8570.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
86				型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	4285.00	1	4285.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
87				型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	4285.00	1	4285.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。			

					锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
88	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2100*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）	9421.00	1	9421.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
89	配餐台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	17945.00	1	17945.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)， 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个			
90	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	3484.00	4	13936.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
91	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：300*450*2000	1、材质	3336.00	29	96744.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			

92	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	15641.00	1	15641.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
93	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2	7178.00	1	7178.00

					个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
94	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
95	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	48729.00	1	48729.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm	561.00		561.00

					宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
96	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，两个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm.	12501.00	1	12501.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
97	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5850*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	56660.00	1	56660.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 5 块，抽屉数量 10 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头			

					（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
98	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。两个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	10737.00	1	10737.00

					小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：不锈钢台下水盆+304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

99	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，	16539.00	1	16539.00

					水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：不锈钢台下水盆+304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
100	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：2900*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	16539.00	1	16539.00

			品牌：BERSON		GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
101	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	9870.00	1	9870.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm	561.00		561.00

					宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
102	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1200*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇,层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块, 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据	5384.00	1	5384.00

					《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		773.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
103	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
104	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	8973.00	1	8973.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应			

					2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
105	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：2500*600*850	1、材质：18mm 实木多层板	10069.00	1	10069.00

			品牌：BERSON		2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
106	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	4285.00	1	4285.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
107	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	3336.00	28	93408.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
108	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	4285.00	2	8570.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块. 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使			

					用防拆卸螺丝。			
109				型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块	4285.00	2	8570.00

					4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
110	实验台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3700*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属	15563.00	1	15563.00

					镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4716.00		4716.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐	1657.00		1657.00

				龙头	蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1924.00		1924.00

111	实验台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3700*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医	15563.00	1	15563.00

					用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4716.00		4716.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00

				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1924.00		1924.00
112	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1740*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	18300.00	1	18300.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能			

					感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
113	污洗池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
114	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	4032.00	5	20160.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
115	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1400*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	15310.00	1	15310.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机			

					驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
116	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块	4032.00	1	4032.00

					产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
117	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	10874.00	1	10874.00

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
118	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	3484.00	1	3484.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。			

					锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
119	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2100*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度1.0mm，层板数量1块，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，	21466.00	1	21466.00

					《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
120	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	26743.00	1	26743.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头			

					（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
121	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，	3336.00	3	10008.00

					抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
122	污洗池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	316#本色乱纹无指纹1.2mm不锈钢 （1）柜体：采用优质316#不锈钢板，柜体厚度为1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	18883.00	1	18883.00
123	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。 2、配件及功能结构要求：	4032.00	4	16128.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
124	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	3336.00	29	96744.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
125	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	22345.00	6	134070.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两			

					块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		4638.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		3366.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		4896.00
126	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度	4032.00	5	20160.00

					1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
127	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2	8973.00	1	8973.00

					个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
128	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
129	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	8973.00	1	8973.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
130	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，	3336.00	7	23352.00

					抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
131	更衣柜	广东 广州	厂家：广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求：	3336.00	8	26688.00

					整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
132	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	4285.00	2	8570.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
133	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面；	6041.00	1	6041.00

					4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
134	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	13011.00	1	13011.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
135	工作操作柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5100*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	43707.00	2	87414.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型 3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）《GBIT2099.1-2008》,层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	773.00		1546.00

					2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		2366.00
136	工作操作柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4300*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	36851.00	5	184255.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型 3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A			

					电源插座（含电线）《GBIT2099.1-2008》，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		3865.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		2805.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		4080.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		4435.00
137	工作操作柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3600*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	30852.00	2	61704.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作）			

					宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型 3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）《GBIT2099.1-2008》,层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		1546.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢	592.00		1184.00

					制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)			
138	工作操作柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304#	27424.00	3	82272.00

					不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型 3 孔扁脚(含接地) 电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）《GBIT2099.1-2008》,层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		1683.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		1776.00
139	L 型工作操作柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2680+1680*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	37366.00	1	37366.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线产 304# 不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型 3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）《GBIT2099.1-2008》,层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个			
				型号规格：304# 不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
140	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	6729.00	1	6729.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			

					亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
141	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：700*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	3141.00	1	3141.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm			

					长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
142	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	3336.00	3	10008.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
143	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1500*600*850	1、材质	6729.00	1	6729.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
144	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。	3336.00	3	10008.00

					指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
145	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、	10767.00	1	10767.00

					不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	773.00		773.00

					2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
146	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方	12113.00	1	12113.00

					式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）			

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
147	L 型洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2400+1400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	17049.00	1	17049.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm			

					长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
148	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	15254.00	1	15254.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
149	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块	4285.00	1	4285.00

					4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
150	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属	4285.00	3	12855.00

					镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
151	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025	3336.00	18	60048.00

					《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
152	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	16189.00	1	16189.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机			

					驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
153	污洗池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	12590.00	1	12590.00
154	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。	3336.00	9	30024.00

					3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
155	L 型配餐台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4300+2300*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	29610.00	1	29610.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度 1.0mm，层板数量 6 块，抽屉数量 11 个			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
156	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，	3336.00	6	20016.00

					抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
157	倒洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：650*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度 350mm	6469.00	1	6469.00
158	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平	4487.00	1	4487.00

					均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
159	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3130*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	30524.00	1	30524.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头			

					（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
160	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	39934.00	1	39934.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
161	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3400*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	42807.00	1	42807.00
162	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	7627.00	1	7627.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

					304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
163	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	6729.00	1	6729.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
164	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2	6729.00	1	6729.00

					个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
165	污洗池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	11583.00	1	11583.00
166	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3300*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	32019.00	1	32019.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm	561.00		561.00

					宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
167	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4050*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、	38615.00	1	38615.00

					不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			

					亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
168	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	17069.00	1	17069.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机			

					驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
169	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	6729.00	1	6729.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
170	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*900*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	4032.00	6	24192.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
171	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3200*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	14357.00	1	14357.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm			

					长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
172	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	3336.00	52	173472.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
173	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：300*450*2000	1、材质	4969.00	30	149070.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			

174	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1970*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；	8838.00	1	8838.00
175	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1770*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自	7129.00	1	7129.00

					动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
176	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	6729.00	1	6729.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
177	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。	3336.00	25	83400.00

					3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
178	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	3336.00	19	63384.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
179	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025	3484.00	7	24388.00

					《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
180	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2100*600*2400	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据	21466.00	1	21466.00

					《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
181	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1860*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4	8345.00	1	8345.00

					个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
182	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2500*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，两个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为	12980.00	1	12980.00

					400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm, 盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm	561.00		561.00

					宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
183	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5740*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作）	23119.00	1	23119.00

					宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
184	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1540*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	16541.00	1	16541.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一			

					级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm	561.00		561.00

					深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
185	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求：	3336.00	119	396984.00

					整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
186	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：940*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个，层板厚度 18mm，层板数量 1 个，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	3786.00	1	3786.00
187	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头	7723.00	1	7723.00

					（3）优质五金配件。			
188	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2600*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	25863.00	2	51726.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		1546.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
189	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1800*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	18828.00	1	18828.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应			

					2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
190	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：3600*600*2400	1、材质	34657.00	1	34657.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 6 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
191	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	1	9758.00
192	吊柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*350*800	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	5098.00	1	5098.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块； 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			
193	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	17069.00	1	17069.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能			

					感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
194	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1800*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）	8075.00	1	8075.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
195	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	3336.00	23	76728.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
196	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：700*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	3141.00	1	3141.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）			

					1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

197	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	1	9758.00
198	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、	6729.00	1	6729.00

					不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	773.00		773.00

					2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
199	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，	4487.00	1	4487.00

					门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			

					亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
200	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1390*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	14744.00	1	14744.00
201	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：300*450*2000	1、材质	3336.00	12	40032.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			

202	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2100*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，	12949.00	1	12949.00

					水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
203	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	4285.00	1	4285.00

					小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
204	实验边台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	15141.00	1	15141.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试	4588.00		4588.00

					剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		1183.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1872.00		1872.00
205	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4050*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》	38237.00	1	38237.00

					功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：不锈钢台下水盆+304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热），层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

206	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使	3336.00	22	73392.00

					用防拆卸螺丝。			
207	L 型茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2100+3910*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 5 块，抽屉数量 8 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。	24206.00	1	24206.00

					亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
208	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	12618.00	1	12618.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	3824.00		3824.00

					耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），耐腐蚀：中性盐雾(18h)试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃	918.00		918.00

					采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1560.00		1560.00
209	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	10874.00	1	10874.00

					2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
210	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1400*600*850	1、材质	6281.00	1	6281.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线			

					产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
211	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	4487.00	1	4487.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
212	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	1	9758.00
213	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，	8055.00	1	8055.00

					无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm	561.00		561.00

					深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
214	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。	3484.00	12	41808.00

					3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
215	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面；层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	10874.00	1	10874.00

					1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

216	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使	3336.00	11	36696.00

					用防拆卸螺丝。			
217	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4800*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度1.0mm，层板数量4块，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	45210.00	1	45210.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
218	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	16090.00	1	16090.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
219	晾晒区洗手池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇	19029.00	1	19029.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套。铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线			
220	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开	22345.00	1	22345.00

					门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源			

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
221	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	4032.00	2	8064.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。			

					锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
222	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度1.0mm，层板数量1块，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，	6281.00	1	6281.00

					《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
223	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇	4487.00	1	4487.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
224	拖布池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	1	9758.00
225	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	3484.00	4	13936.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使			

					用防拆卸螺丝。			
226	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块	4285.00	1	4285.00

					4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
227	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	12113.00	1	12113.00

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
228	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：2000*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求：	8055.00	1	8055.00

			品牌：BERSON		五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	773.00		773.00

					2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
229	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	3336.00	16	53376.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
230	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4800*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025	45210.00	1	45210.00

					《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）			

					1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

231	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，	12562.00	1	12562.00

					水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
232	晾晒区洗手池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	19029.00	1	19029.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套。铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线			
233	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	22345.00	1	22345.00

			品牌：BERSON		GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线			

					产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
234	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	4032.00	2	8064.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
235	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	6281.00	3	18843.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm			

					长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1683.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
236	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	4487.00	3	13461.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》			

					304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1683.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
237	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	3	29274.00
238	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	3484.00	12	41808.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
239	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层	10874.00	3	32622.00

					板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		1683.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
240	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）	8055.00	3	24165.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1683.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
241	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4800*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	45210.00	3	135630.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 8 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能			

					感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		1683.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
242	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	16090.00	3	48270.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		2319.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1683.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
243	晾晒区洗手池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：2800*600*850	1、材质	19029.00	3	57087.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套。铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线			

244	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).	22345.00	3	67035.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		2319.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1683.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		2448.00
245	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	4032.00	6	24192.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
246	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1400*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	6281.00	2	12562.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源			

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		1546.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
247	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	4487.00	2	8974.00

			品牌：BERSON		GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		1546.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
248	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	2	19516.00
249	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*600*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	3484.00	8	27872.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
250	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	4285.00	2	8570.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
251	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、	10874.00	2	21748.00

					不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		1546.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
252	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	8055.00	2	16110.00

					1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		1546.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00

253	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使	3336.00	32	106752.00

					用防拆卸螺丝。			
254	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4800*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度720mm，下柜高度850mm，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度1.0mm，层板数量4块，抽屉数量8个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	45210.00	2	90420.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		1546.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
255	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*850*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	16090.00	2	32180.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。四个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		1546.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
256	晾晒区洗手池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2800*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇	19029.00	2	38058.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套。铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线			
257	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开	22345.00	2	44690.00

					门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源			

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		1546.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		1122.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		1632.00
258	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	4032.00	4	16128.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。			

					锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
259	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1490*650*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度1.0mm，层板数量1块，抽屉数量2个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩1套，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，	6685.00	1	6685.00

					《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
260	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：600*650*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇	2692.00	1	2692.00

					2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
261	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	6729.00	1	6729.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm			

					长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
262	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	6729.00	1	6729.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
263	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	1	9758.00
264	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3700*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	15563.00	1	15563.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4716.00		4716.00

				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，	1924.00		1924.00

					不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
265	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐	7178.00	1	7178.00

					腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
266	L 型实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2400+2800*700*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	21871.00	1	21871.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	6628.00		6628.00

				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1774.00		1774.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，	2704.00		2704.00

					不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
267	L 型实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4700+1250*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；	25026.00	1	25026.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	7584.00		7584.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手	1657.00		1657.00

					轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1774.00		1774.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	3094.00		3094.00
268	L 型实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：8000+1950*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	41850.00	1	41850.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 11 块，抽屉数量 11 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			

				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	12682.00		12682.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15	918.00		918.00

					米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	3253.00		3253.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	5174.00		5174.00
269	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	3336.00	3	10008.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 3 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
270	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5500*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025	23133.00	1	23133.00

					《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 6 块，抽屉数量 6 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金	7010.00		7010.00

					属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢	887.00		887.00

					制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)			
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2860.00		2860.00
271	L 型实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2200+1950*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	17455.00	1	17455.00

					小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5290.00		5290.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014	1657.00		1657.00

					《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1774.00		1774.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2158.00		2158.00
272	L 型实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3900+700*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	19348.00	1	19348.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个			

					5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5863.00		5863.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00

				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1774.00		1774.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2393.00		2393.00
273	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2050*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	21026.00	1	21026.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头			

					（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
274	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，	3336.00	30	100080.00

					抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
275	物品柜	广东 广州	厂家：广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。	4032.00	2	8064.00

					3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
276	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平	6729.00	1	6729.00

					均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。			

					亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
277	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	6729.00	1	6729.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源			

					3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
278	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，	9758.00	1	9758.00

					易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。			
279	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。	4285.00	3	12855.00

					3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
280	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：5500*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	23133.00	1	23133.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 6 块，抽屉数量 6 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	7010.00		7010.00

				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，	2860.00		2860.00

					不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
281	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4150*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；	17455.00	1	17455.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5290.00		5290.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手	1657.00		1657.00

					轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2158.00		2158.00
282	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*450*2700	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	4642.00	12	55704.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
283	文件柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	4285.00	1	4285.00

					GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。			

					锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为C级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
285	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*600*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm;符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240小时中性盐雾、锈点数0点（10级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240小时乙酸盐雾、锈点数0点（10级),抗菌涂料：符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌99%，金黄色葡萄球菌99%。两个PP塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	9391.00	1	9391.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
286	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：2900*600*2400	1、材质	28501.00	1	28501.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
287	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应	6444.00	1	6444.00

					2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
288	浸泡池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1700*800*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢	16885.00	1	16885.00

			品牌：BERSON		（1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度 350mm			
289	物品柜	广东广州	厂家：广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240	4032.00	4	16128.00

					小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
290	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方	8973.00	1	8973.00

					式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅）			

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
291	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*650*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	6729.00	1	6729.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应			

					2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
292	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1500*650*850	1、材质	6729.00	1	6729.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面；			

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
293	拖布池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：920*600*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	9758.00	1	9758.00
294	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：600*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平	2692.00	1	2692.00

					均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
295	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*450*2700	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	4642.00	28	129976.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
296	处置柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*600*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	7627.00	1	7627.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。两个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
297	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	28501.00	1	28501.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时). 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应			

					2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
299	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1600*600*850	1、材质：18mm 实木多层板	6444.00	1	6444.00

			品牌：BERSON		2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
300	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	3336.00	6	20016.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
301	浸泡池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*800*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度 350mm	16885.00	1	16885.00
302	物品柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	4032.00	4	16128.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使			

					用防拆卸螺丝。			
303	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*450*2700	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，	4642.00	14	64988.00

					抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
304	处置柜	广东广州	厂家：广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*600*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。两个 PP 塑料垃圾桶，垃圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属	9391.00	1	9391.00

					镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

306	治疗柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*600*2400	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。上，下柜门板采用平开门方式，上柜高度 720mm，下柜高度 850mm，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).	28501.00	1	28501.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》吊柜配一个上下拉篮整体采用 1.0mm 一级电解板，表面静电抗菌粉末喷涂后木纹转印，内置两块电解板活动层板，钢化玻璃掩门开启，配置 LED 智能感应灯带；配置智能感应同步升降系统，静音变频电机驱动，随手叫停功能。304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源	773.00		773.00

					3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
307	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	6444.00	1	6444.00

					1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00

308	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使	3336.00	6	20016.00

					用防拆卸螺丝。			
309	浸泡池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*800*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度 350mm	16885.00	1	16885.00
310	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属	4032.00	4	16128.00

					镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
311	茶水柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*600*850	1、材质：18mm 实木多层板 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个	6444.00	1	6444.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm	561.00		561.00

					安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
312	洗手柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1500*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，	6729.00	1	6729.00

					《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00

				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
313	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：400*450*2700	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。	4642.00	5	23210.00

					3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
314	处置柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2000*600*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。两个 PP 塑料垃圾桶，垃	10737.00	1	10737.00

					圾桶尺寸为 400mm*260mm*480mm,驱动方式为脚踏式，台面开孔尺寸为 340mm*260mm,盖板为不锈钢盖板，尺寸为 360mm*280mm. 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm	561.00		561.00

					宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm			
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
315	治疗柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2500*600*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 4 个 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	11216.00	1	11216.00

					(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
316	茶水柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：1600*600*850	1、材质：18mm 实木多层板	6444.00	1	6444.00

			品牌：BERSON		2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)，层板厚度 18mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：100mm 高铝合金踢脚板；304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热）	773.00		773.00

				感应水龙头	1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体			
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
317	浸泡池	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1700*800*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。盆深度 350mm	16885.00	1	16885.00
319	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	3336.00	6	20016.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
320	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：600*650*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合	2692.00	1	2692.00

			品牌：BERSON		GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件： 五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具			

					通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			
				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00

				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
321	物品柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块	4032.00	4	16128.00

					产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
322	洗手柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1200*600*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。下柜门板采用平开门方式，门板宽度为 450mm，实际尺寸根据现场实际总长平均门扇 2、配件：	5384.00	1	5384.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，不锈钢冷热感应水龙头、不锈钢台下洗手盆、亚克力挡水罩 1 套，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时)。层板厚度 1.0mm，层板数量共 1 块 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线 产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm（主流的尺寸，足够进行洗手操作） 宽度：450mm 深度：250mm（深度足够，防止水花外溅） 安装高度：盆沿离地高度在 850mm，符合人体工程学。 亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型			

				型号规格：304#不锈钢铜芯自动感应水龙头	304#不锈钢铜芯自动感应水龙头（冷热） 1、红外感应 2、交流电源 3、铜合金主体	773.00		773.00
				型号规格：不锈钢台下水盆	不锈钢台下水盆厚度采用 3mm 长度：600mm 宽度：450mm 深度：250mm 安装高度：盆沿离地高度在 850mm	561.00		561.00
				型号规格：亚克力面罩	亚克力面罩采用 8mm 亚克力热弯成型	816.00		816.00
323	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：300*450*2000	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	3336.00	6	20016.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 2 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
324	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4200*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	17665.00	1	17665.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;	5353.00		5353.00

					符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	3314.00		3314.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	2325.00		2325.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃	1836.00		1836.00

					采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2184.00		2184.00
325	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3900*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	16404.00	1	16404.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4971.00		4971.00

				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，	2028.00		2028.00

					不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
326	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：6800*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；	28601.00	1	28601.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	8667.00		8667.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手	1657.00		1657.00

					轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	3536.00		3536.00
327	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4700*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻	19768.00	1	19768.00

					工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			

				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5991.00		5991.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15	918.00		918.00

					米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2444.00		2444.00
328	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	12197.00	1	12197.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试	3697.00		3697.00

					剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		1183.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1508.00		1508.00
329	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4050*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》	17035.00	1	17035.00

					功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5162.00		5162.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N・m	1657.00		1657.00

					的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2106.00		2106.00
330	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	12197.00	1	12197.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属			

					家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级）试剂架高度 700mm	3697.00		3697.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控	918.00		918.00

					制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		1183.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1508.00		1508.00
331	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：9200*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	38695.00	1	38695.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 10 块，抽屉数量 10 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	11726.00		11726.00

					(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1478.00		1478.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	4784.00		4784.00
332	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2600*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》	10936.00	1	10936.00

					功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	3314.00		3314.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m	1657.00		1657.00

					的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1352.00		1352.00
333	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：850*750*750	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	3575.00	1	3575.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属			

					家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	1083.00		1083.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控	918.00		918.00

					制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	442.00		442.00
334	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*2200	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	6803.00	2	13606.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 12 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
335	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*2200	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐	6803.00	2	13606.00

					雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 12 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
336	中央实验台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*1500*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10	22712.00	2	45424.00

					级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;	5162.00		10324.00

					符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	2065.00		4130.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		2324.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃	918.00		1836.00

					采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		2366.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1404.00		2808.00
337	实验台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2700*1500*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013	22712.00	1	22712.00

					家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5162.00		5162.00

				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	2065.00		2065.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		1183.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，	1404.00		1404.00

					不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
338	实验台	广东 广州	厂家：广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2900*1500*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；	24395.00	2	48790.00

					3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 6 块，抽屉数量 6 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。滴水架 实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管洗眼器			

					采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启 3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）《GBIT2099.1-2008》灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5545.00		11090.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的	2065.00		4130.00

					不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		2324.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		1836.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1478.00		2956.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1508.00		3016.00
339	实验台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：3500*1500*850	1、材质	29443.00	3	88329.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，			

					层板数量 6 块，抽屉数量 6 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	6691.00		20073.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	2065.00		6195.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集	1162.00		3486.00

					水槽导水管，可放置 36 个试剂管			
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		2754.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		3549.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1820.00		5460.00
340	污洗池	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2600*800*850	316#本色乱纹无指纹 1.2mm 不锈钢 （1）柜体：采用优质 316#不锈钢板，柜体厚度为 1.2mm，易消毒； （2）配置：不锈钢手动水龙头 （3）优质五金配件。	32733.00	1	32733.00
341	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司	型号规格：3350*750*850	1、材质	14091.00	1	14091.00

			品牌：BERSON		基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，			

					层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4270.00		4270.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集	1162.00		1162.00

					水槽导水管，可放置 36 个试剂管			
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1742.00		1742.00
342	更衣柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*2200	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的	6803.00	2	13606.00

					耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 12 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
343	实验边台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4400*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	18507.00	1	18507.00

					雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			

				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5608.00		5608.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15	918.00		918.00

					米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2288.00		2288.00
344	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4400*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	18507.00	1	18507.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试	5608.00		5608.00

					剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	592.00		592.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2288.00		2288.00
345	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。	4285.00	7	29995.00

					3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
346	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3650*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求：	15352.00	1	15352.00

					五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4652.00		4652.00

				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，	1898.00		1898.00

					不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时			
347	L 型配餐台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1870+1640*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。1：层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个； 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具等,铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时) 3、台面：15mm 陶瓷台面；	15747.00	1	15747.00

					4、踢脚线：1.0mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢踢脚线，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 个，抽屉数量 3 个			
348	文件柜	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：900*400*1900	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).锁具采用密码指纹锁。 3、结构：内设 2 层 1.0mm 可调电解钢板层板，层板厚度	4285.00	5	21425.00

					1.0mm，层板数量共 4 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
349	更衣柜	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1000*600*2200	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，锁具采用密码指纹锁。	6803.00	4	27212.00

					3、结构：内设 2 块电解钢板可调层板一挂衣杆搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板，层板厚度 1.0mm，层板数量共 12 块 4、产品质量要求： 整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 指纹密码锁锁体材质：锁壳是不锈钢等坚固耐用的材料，抵抗暴力撞击。 锁芯是带机械钥匙的备用锁芯，其等级为 C 级锁芯。使用防拆卸螺丝。			
350	中央台	广东 广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3600*1500*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。	30283.00	1	30283.00

					2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 6 块，抽屉数量 6 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试	6883.00		6883.00

					剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	2065.00		2065.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	2661.00		2661.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1872.00		1872.00
351	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2650*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》	11146.00	1	11146.00

					功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	3377.00		3377.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m	1657.00		1657.00

					的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1378.00		1378.00
352	实验实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1600*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	6729.00	1	6729.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 1 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属			

					家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	2039.00		2039.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控	918.00		918.00

					制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	832.00		832.00
353	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：1800*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	7571.00	1	7571.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 1 块，抽屉数量 1 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	2294.00		2294.00

					(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	936.00		936.00
354	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2250*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》	9464.00	1	9464.00

					功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	2868.00		2868.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m	1657.00		1657.00

					的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1170.00		1170.00
355	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3350*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	14091.00	1	14091.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 3 块，抽屉数量 3 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属			

					家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	4270.00		4270.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控	918.00		918.00

					制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1183.00		1183.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1742.00		1742.00
356	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：4650*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	19558.00	1	19558.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	5926.00		5926.00

					(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	887.00		887.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	2418.00		2418.00
357	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：2600*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》	10936.00	1	10936.00

					功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 2 块，抽屉数量 2 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	3314.00		3314.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m	1657.00		1657.00

					的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。			
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	296.00		296.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1352.00		1352.00
358	中央台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：3000*1500*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022	25236.00	1	25236.00

					《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 4 块，抽屉数量 4 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属			

					家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm	5736.00		5736.00
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	2065.00		2065.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控	918.00		918.00

					制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启			
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1478.00		1478.00
				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	1560.00		1560.00
359	实验边台	广东广州	厂家:广州博生家具有限公司 品牌：BERSON	型号规格：6450*750*850	1、材质 基材：采用优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级),抗菌涂料：符合 GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》，抗菌率：大肠杆	27129.00	1	27129.00

					菌 99%，金黄色葡萄球菌 99%。 2、配件及功能结构要求： 五金件：采用优质阻尼铰链，铰链依据《QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链》，《QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：12 万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(240 小时).重型滑轨依据 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性 14 万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N； 3、台面：15mm 陶瓷台面； 4、配置：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头＋医用滴水架＋医用台上型洗眼器 1 套，层板厚度 1.0mm，层板数量 8 块，抽屉数量 8 个 5、产品质量要求：整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。			
				型号规格：试剂架	2 层试剂架，主体材质为优质电解钢板，钢板厚度 1.0mm;符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、240 小时中性盐雾、锈点数 0 点（10 级）QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验	8221.00		8221.00

					(ASS)法》240 小时乙酸盐雾、锈点数 0 点（10 级），试剂架高度 700mm			
				型号规格：医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头	医用台下 PP 洗手盆+立式鹅颈三口水龙头：医用台下 PP 洗手盆：QB/T2658-2017《卫生设备用台盆》，耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。三口水龙头：符合 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，抗安装负载：螺纹承受 61N·m 的扭力矩后应无裂纹、无损坏；抗使用负载：手柄或手轮承受 45N 的轴向拉力时应无松动现象。	1657.00		1657.00
				型号规格：滴水架	实芯理化板半层开孔，开模成型 PP 材质挂瓶棒，底部集水槽导水管，可放置 36 个试剂管	1162.00		1162.00
				型号规格：洗眼器	采用 ABS 防腐材料，配置防尘罩、滤网及二片式球阀控制水流台式（实验室台面专用）。安装需距离危险源 10-15 米，满足 10 秒内可达要求。使用要求持续冲洗至少 15 分钟，水流量 1.5L/min（洗眼），水温需保持在 16℃-38℃采用手压式开启	918.00		918.00
				型号规格：插座	3 孔扁脚(含接地)电压/频率:220V，50Hz。插座及电线钢制底盒，带 10A 电源插座（含电线）(GBIT2099.1-2008)	1478.00		1478.00

				型号规格：灯带	灯带尺寸规格根据实验台尺寸灯带目标照度帮助台面达到 750lux 以上，色温为中性白 4000K-5000K,光线柔和，不易引起视觉疲劳，使用寿命可持续 3 万小时	3354.00		3354.00
总价（人民币小写）：					**9601783.00**			
总价（人民币大写）：					**玖佰陆拾万壹仟柒佰捌拾叁元整**			

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。