
代理机构内部编号：SJJCZB2026033

松江区中心医院数字平板乳腺系统 采购项目 招标文件

采 购 人：上海市松江区中心医院
集中采购机构：上海市松江区政府采购中心

2026年07月30日

2026年07月30日

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购政策功能

第四章 招标需求

第五章 评标办法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同书格式和合同条款

附件——项目采购需求

第一章 投标邀请

项目概况

松江区中心医院数字平板乳腺系统招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网获取招标文件，并于 2026-08-25 09:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310117000260723125418-17371162

项目名称：松江区中心医院数字平板乳腺系统

预算编号：1726-000188622、1726-000201285、1726-K00009476

预算金额（元）：4500000.00 元（国库资金：4500000 元；自筹资金：0 元）

最高限价（元）：包 1-4500000.00 元

采购需求：

包名称：松江区中心医院数字平板乳腺系统

数量：2

预算金额（元）：4500000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：松江区中心医院数字平板乳腺系统 2 台，具体要求详见需求附件。

注：本项目不接受进口产品（详见招标文件）。

说明：当前采购包不允许联合体、不允许合同分包

合同履行期限：合同签订并生效后 30 日历天内完工（包括安装调试及验收）。若因采购人场地准备等原因导致交付延迟，交付日期相应顺延，但顺延期限不超过采购人出具交货通知后 30 日。

本项目（否）接受联合体投标。

包号	包类别	本国产品标准及相关政策执行信息
1	货物	是否适用本国产品标准：是。对本国产品报价给予 20% 的价格扣除

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

4、（1）如果投标人是投标产品制造厂家，应同时提供《医疗器械生产许可证》（适用于第二类、第三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》，上述两证不可相互替代、覆盖。（2）如果投标人是经营企业，应同时提供《医疗器械经营许可证》（适用于第三类医疗器械）或《第二

类医疗器械经营备案凭证》，投标产品应当与上述两证核准的经营范围保持一致，并且两证不可相互替代、覆盖。

5、生产厂商和经销商须提供《辐射安全许可证》。

三、获取招标文件：

时间：2026-07-31 至 2026-08-07，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-08-25 09:00:00（北京时间）。

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2026-08-25 09:00:00

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、发布公告的媒介：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市松江区中心医院

地址：上海市松江区中山中路748号

联系方式：67720039

2. 采购代理机构信息

名称：上海市松江区政府采购中心

地址：上海市松江区松礼路81号（地铁9号线上海松江站1号口向北50米）上海市松江区政府采购中心3楼

联系方式：67743116

3. 项目联系方式

项目联系人：陈老师

电话：67743116

第二章 投标人须知

前附表

一、项目情况

项目名称：松江区中心医院数字平板乳腺系统

项目编号：详见投标邀请

项目地址：详见投标邀请

项目内容：详见投标邀请

采购预算：详见投标邀请

采购预算说明：

货物名称	★采购预算金额（万元）	备注
设备一：数字平板乳腺系统(体检中心)	250	超过本项预算的报价不予接受
设备二：数字平板乳腺系统(医院本部)	200	超过本项预算的报价不予接受

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

二、招标人

采购人

名称：上海市松江区中心医院

地址：上海市松江区中山中路 748 号

联系人：倪老师

电话：67720039

传真：67720039

集中采购机构

名称：上海市松江区政府采购中心

地址：上海市松江区松礼路 81 号（地铁 9 号线上海松江站 1 号口向北 50 米）上海市松江区政府采购中心 3 楼

联系人：陈老师

电话：67743116

传真：67743657

三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目**不允许**联合体投标。

4、（1）如果投标人是投标产品制造厂家，应同时提供《医疗器械生产许可证》（适用于第二类、第三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》，上述两证不可相互替代、覆盖。（2）如果投标人是经营企业，应同时提供《医疗器械经营许可证》（适用于第三类医疗器械）或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标产品应当与上述两证核准的经营范围保持一致，并且两证不可相互替代、覆盖。

5、生产厂商和经销商须提供《辐射安全许可证》。

四、招标有关事项

1、招标答疑会：不召开

2、踏勘现场：不集中组织

3、投标有效期：自开标之日起 90 日

4、投标保证金：不收取

5、投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

6、递交投标文件方式和网址

投标文件递交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

投标文件递交网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

7、开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。

8、评标委员会的组建：详见第五章《评标方法与程序》。

9、评标方法：详见第五章《评标方法与程序》

10、中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》

五、其它事项

1、付款方式：详见第四章《招标需求》

2、质量保证期：详见第四章《招标需求》

3、转让与分包：详见第四章《招标需求》

4、履约保证金：不收取

5、质量保证金：不收取

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看

招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “甲方”系指采购人。

2.8 “乙方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请（招标公告）》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级;

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权,没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利,而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的,货物和相关服务应当符合招标文件的要求,并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准,均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地,如投标的货物非投标人生产或制造的,则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息,包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知,招标人均将通过“上海政府采购网”(http://www.zfcg.sh.gov.cn)和“松江区门户网”(http://www.songjiang.gov.cn)公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间,请及时关注以上媒体上的相关信息,投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息,及因此所产生的一切后果和责任,由投标人自行承担,招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的,可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问,招标人将依法及时作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向招标人提出质疑。其中,对招标文件的质疑,应当在其收到招标文件之日(以采购云平台显示的报名时间为准)起七个工作日内提出;对招标过程的质疑,应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出;对中标结果的质疑,应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的,其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书,

并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.3条和第7.4条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交或寄送方式。质疑联系部门：上海市松江区政府采购中心，联系电话：021-67743116，地址：上海市松江区松礼路81号（地铁9号线上海松江站1号口向北50米）上海市松江区政府采购中心3楼3203室。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府

采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录,招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的,以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成:

- (1) 投标邀请(招标公告)
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容(如有的话)。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应,则投标有可能被认定为无效标,其风险由投标人自行承担。

10.3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责,了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标,不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求,否则,由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4、投标人应按照招标文件规定的日程安排,准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在投标截止期 15 天以前,按《投标邀请(招标公告)》中的地址以书面形式(必须加盖投标人单位公章)通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求,招标人需要对招标文件进行澄清、答复的;或者在投标截止前的任何时候,招标人需要对招标文件进行补充或修改的,招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或更正的内容可能影响投标文件编制的,且澄清或修改公告发布时间距投标截止

时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。

14.3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第四章《招

标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1)《投标函》
- (2)《开标一览表》（在采购云平台填写）
- (3)《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》
- (4)《资格审查要求表》
- (5)《符合性要求表》
- (6)《商务要求响应表》
- (7)第四章《招标需求》规定的其他内容
- (8)相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付日期、质量保证期等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格性审查及符合性要求表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格审查要求表》以及《符

合性要求表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格审查要求表》或《符合性要求表》的，为无效投标。

21. 技术响应文件

21.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

21.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
- (2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；
- (3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术偏离表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

22. 投标文件的编制和签署

22.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

22.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《法定代表人授权委托书》、《资格审查要求表》、《符合性要求表》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求显示公章的，其投标无效。

22.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

23.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、

认证证书等)应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响,由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时,可以要求投标人提供文件原件进行核对,投标人必须按时提供,否则投标人须接受可能对其不利的评标结果,并且招标人将对该投标人进行调查,发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

23.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的,招标人不承担任何责任。

24. 投标截止时间

24.1 投标人必须在《投标邀请(招标公告)》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

24.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下,招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

24.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件,招标人均将拒绝接收。

25. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前,投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

26. 开标

26.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》(如果有的话)中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

26.2 开标程序在采购云平台进行,所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名,每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

26.3 投标截止,采购云平台显示开标后,投标人进行签到操作,投标人签到完成后,由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时,投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作,逾期未完成签到或解密的投标人,其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的,以最新的操作程序为准。

26.4 投标文件解密后,采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认,投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

27. 评标委员会

27.1 招标人将依法组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家

组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

27. 2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

28. 投标文件的资格审查及符合性审查

28. 1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格审查要求表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

28. 2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

28. 3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28. 4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

28. 5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

29. 投标文件内容不一致的修正

29. 1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标记录表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29. 2 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

29. 3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

30. 投标文件的澄清

30. 1 对于投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

30. 2 投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字。

30. 3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

30. 4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

31. 投标文件的评价与比较

31. 1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

31. 2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评

标报告和推荐中标候选人。

32. 评标的有关要求

32.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

32.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

32.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

32.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

33. 确认中标人

除了《投标人须知》第 36 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

34. 中标公告及中标和未中标通知

34.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”和“松江区门户网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

34.2 中标公告发布同时，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

35. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

36. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”和“松江区门户网”发布招标失败公告。

八、授予合同

37. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 33 条规定所确定的中标人。

38. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

39. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“操作须知”专栏。

第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 招标需求

一、项目概述

见附件

二、项目内容及要求

见附件

说明：

1、为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

2、招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、项目供货管理要求

1、本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。

2、投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

3、中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

4、如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

四、质量标准与验收要求

1、投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理

五、商务要求：

类别	要求
投标有效期	自开标之日起 90 日
质量保证期	自验收合格之日起整机原厂质保 60 个月
交付日期	同签订并生效后 30 日历天内完工（包括安装调试及验收）。若因采购人场地准备等原因导致交付延迟，交付日期相应顺延，但顺延期限不超过采购人出具交货通知后 30 日。
交付地址	采购人指定地点
付款方式	安装调试并验收合格后支付合同价的 77%，验收合格 1 年后支付剩余款项。
转让与分包	本项目合同不得转让与分包。

六、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》的相关要求及采购云平台要求编制网上投标文件，其中投标文件应包括下列内容（不限于下列）：

1.商务响应文件由以下部分组成：

- （1）《投标函》；
- （2）《开标一览表》（在采购云平台填写）；
- （3）《投标报价分类明细表格》；
- （4）《资格审查要求表》；
- （5）《符合性要求表》；
- （6）《商务要求响应表》；
- （7）《法定代表人授权委托书》（含法定代表人身份证、被授权人身份证复印件）；
- （8）供应商营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- （9）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- （10）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、关于符合本国产品标准的声明函等（中标人为中小企业、残疾人福利性单位、符合本国产品标准政策的，其声明函将随中标结果同时公告）
- （11）供应商基本情况简介；
- （12）《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。
- （13）《中华人民共和国医疗器械注册证》及附件或《第一类医疗器械备案凭证》。
- （14）生产厂商和经销商《辐射安全许可证》。
- （15）投标货物涉及国家规定须取得许可范畴的其他许可证件（例如：计量器具许可证、国家强制检测认证、卫生消毒产品批件等）

2. 技术响应文件由以下部分组成：

- (1) 技术偏离表
- (2) 投标货物配件/备品备件明细表
- (3) 售后服务内容表
- (4) 技术支持资料（响应货物的图样、主要技术性能、主要技术指标等书面资料。）
- (5) 供货管理方案
- (6) 售后服务方案
- (7) 按照本采购文件要求提供的其他技术性资料以及供应商需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

第五章 评标方法与程序

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格审查要求表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格审查要求表》以及《符合性要求表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2、评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人组成，其中采购人代表不多于成员总数的三分之一，其余为政府采购评审专家，采购代表不参加评标的，则评委会成员均由评审专家组成，招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3、评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名

第一的中标候选人。如果评审得分仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。其中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。其中提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性检查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 **30%** 以上的投标人，给予其报价 **4%** 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 **20%** 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 **80%** 以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 **20%** 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的产品应出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（6）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 **50%** 的，即投标报价 < 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 × **50%**；

2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 **50%** 的，即投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 × **50%**；

3. 投标报价低于采购项目最高限价 **45%** 的，即投标报价 < 采购项目最高限价 × **45%**；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

序号	评审内容	评审因素	类型	评审标准	分值（分）
1	报价分	报价分	客观分	报价分=（评标基准价 / 评审价）×35%×100。	35
2	技术参数响应度	技术参数响应度	客观分	投标人须根据采购需求“#”标记技术要求汇总表每一项逐个响应，负偏离或漏项的每一项扣 1.5 分，未提供技术偏离表和“#”标记汇总表要求的技术支持资料的，本项不得分。	21
			客观分	投标人须根据采购需求一般技术要求汇总表每一项逐个响应，负偏离或漏项的每一项扣 0.25 分，未提供技术偏离表和一般技术条款汇总表要求的技术支持资料的，本项不得分。	24
3	供货管理	相关承诺	客观分	是否提供所投产品的终身免费软件升级的承诺。	2

		安装	主观分	安装方案是否满足招标需求，对安装方案是否进行了详细阐述（包括产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装的情况、安装流程、现场搬运方案、安装人员等） 1.方案内容完整，安排贴合现场实际、具备可操作性，完全确保设备现场安装的质量和现场安全（2分）； 2.方案基本可行，基本确保设备现场安装的质量和现场安全（1分）； 3.方案缺失或不完善，无法确保设备现场安装的质量和现场安全（0分）。	2
		调试	主观分	调试方案是否满足招标需求，对调试方案是否进行详细阐述（包括调试方法、调试人员、调试程序、调试关键节点等）。 1.方案完整详实、逻辑合理、具备落地可行性，完全确保调试现场的质量和现场安全（2分）； 2.方案基本可行，基本确保调试现场的质量和现场安全（1分）； 3.方案缺失或不完善，无法确保调试现场的质量和现场安全（0分）。	2
		培训	主观分	培训方案是否满足招标需求（包括临床操作及维修人员培训及其培训次数、免费技术咨询服务及其期限长短、原厂培训服务等）。 1.方案内容完整、实操性强，完全确保培训的质量和效果（2分）； 2.方案基本可行，基本确保培训的质量和效果（1分）； 3.方案缺失或不合理，无法确保培训的质量和效果（0分）。	2
4	售后服务	响应时间	客观分	所投产品报修后响应时间每减少1小时得0.5分，此项共1分。	1
		到场时间	客观分	所投产品报修后到场时间每减少1小时得0.5分，此项共1分。	1
		相关承诺	客观分	是否提供原厂售后的服务承诺书。	2

		应急保障措施	主观分	是否提供对售后服务工作中可能发生的应急保障问题的分析与解决办法。 1. 售后应急保障措施方案完整、处置流程清晰，完全满足应急保障需要（2分）； 2. 保障措施方案基本完善、可满足基本应急保障需要（1分）； 3. 方案缺失或流程混乱、无法满足应急管理需要（0分）。	2
		维保服务方案	主观分	是否提供质保期满后维保服务方案（包括整机保养周期维护保养计划内容与次数，每次维修的工时的单价等） 1. 维保服务方案内容完整、服务流程规范清晰、故障处置高效，完全具有规范的服务流程（2分）； 2. 维保服务方案基本完整，基本具有规范的服务流程（1分）； 3. 方案缺失或流程混乱，不具有规范的服务流程（0分）。	2
			主观分	质保期满后是否提供备品备件，备品备件报价情况，备品备件是否覆盖本项目所需。 1. 备品备件充足、全面，报价合理（2分）； 2. 备品备件基本充足，报价较合理（1分）； 3. 备品备件不足，无法提供，且无报价（0分）。	2
5	业绩	业绩	客观分	提供合同签订时间为2023年6月1日至开标之日医学影像类设备业绩(提供合同复印件，复印件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签订时间、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可)，每提供一个有效业绩得1分，最高得2分，未提供的不得分。	2

5、评分说明

5.1 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号。技术支持资料原件备查。

5.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：上海市松江区政府采购中心

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- 1.按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
- 2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 3.投标有效期为自开标之日起 _____日。
- 4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
- 5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
- 6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
- 7.我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
8. 我方同意开标内容以采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
- 9.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

 - （3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

2、开标一览表格式

松江区中心医院数字平板乳腺系统包 1

货物名称	品牌/生产厂家	规格型号	质量 保 证 期 (月)	交付日期(天)	总价(总价、元)

填写说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。
- (2) 交付日期是指合同生效之日起多少天完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。
- (3) 质量保证期是指自货物按合同规定验收合格之日起多少个月。
- (4) 供应商应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

3、投标报价分类明细表格式

项目名称：

招标编号：

序号	货物名称	产地或 来源地	厂家、品牌及 规格型号	配置	单价				数量	合计 报价
					成本价或 进价	各类 费用	利润	单价 小计		
总价（人民币小写）：										
总价（人民币大写）：										

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）供应商应按照《招标需求》和《供应商须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日 期： 年 月 日

4、资格审查要求表

项目名称：

招标编号：

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明（是/否））	详细内容所对应电子投标文件名称与页次	备注
法定基本条件	1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。 2. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。			
供应商资质	符合招标文件规定的合格供应商资质条件：（1）如果投标人是投标产品制造厂家，应同时提供《医疗器械生产许可证》（适用于第二类、第三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》，上述两证不可相互替代、覆盖。（2）如果投标人是经营企业，应同时提供《医疗器械经营许可证》（适用于第三类医疗器械）或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标产品应当与上述两证核准的经营范围保持一致，并且两证不可相互替代、覆盖。（3）生产厂商和经销商须提供《辐射安全许可证》。			
联合投标	本项目不接受联合体投标。			
大中小微企业	本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。			

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

5、符合性要求响应表

项目名称：

招标编号：

项目内容	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明（是/否））	详细内容所对应电子投标文件名称与页次	备注
法定代表人授权	1. 在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。 2. 按招标文件要求提供法定代表人身份证、被授权人身份证。			
投标文件密封、签署等要求	符合招标文件规定： 1. 投标文件按招标文件规定格式提供《投标函》、《开标一览表》、《资格审查要求表》以及《符合性要求表》。 2. 投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
投标报价	1. 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）。 2. 不得进行可变的或者附有条件的投标报价。 3. 投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额/项目最高限价。 4. 不得低于成本报价。 5. 投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。			
商务要求	1. 投标有效期、质量保证期、交付日期、交付地址、付款方式满足招标文件要求。 2. 本项目合同不得转让与分包。			
进口产品	本项目不接受进口产品			
“★”要求	符合技术规范、技术标准和《招标需求》质量标准，或者符合招标文件中标“★”的技术、性能及其它要求的。			
公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

6、商务要求响应表格式

项目名称：

招标编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
投标有效期			
质量保证期			
交付日期			
交付地点			
付款方式			
转让与分包			

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

7、法定代表人授权委托书格式

致：上海市松江区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证复印件
(有照片一面)

被授权人身份证复印件
(有照片一面)

投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
电话：
传真：
日期：

受托人（签字）：
身份证号码：
电话：
传真：
日期：

8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 数字平板乳腺系统（体检中心），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 数字平板乳腺系统（医院本部），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

注：行业划型标准：

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

10、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

11、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 数字平板乳腺系统（体检中心），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。数字平板乳腺系统（体检中心）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。数字平板乳腺系统（体检中心）的（关键组件）在中国境内生产。数字平板乳腺系统（体检中心）的（关键工序）在中国境内完成。
2. 数字平板乳腺系统（医院本部），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。数字平板乳腺系统（医院本部）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。数字平板乳腺系统（医院本部）的（关键组件）在中国境内生产。数字平板乳腺系统（医院本部）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

12.关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表格式

项目名称：

招标编号：

序号	采购文件技术要求 (含参数、规格与性能)	投标产品技术指标 (含参数、规格与性能)	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料所在页次及说明
					页次：第_页 说明：

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

说明：

（1）投标人必须按招标文件技术要求的序号填写本表，如投标产品技术指标（含参数、规格与性能，下同）与招标文件技术要求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。如投标产品技术指标与招标文件技术要求不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，在“偏差说明”一列填写相关说明并注明是“正偏离”还是“负偏离”，并在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

（2）投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，**相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号**。技术支持资料原件备查。

2、投标货物配件/备品备件明细表格式

项目名称:

招标编号:

序号	配件/备品备件名称	型号规格/技术参数	单价	品牌	产地	制造厂名称	寿命期

供应商授权代表签字:

供应商（公章）:

日期： 年 月 日

3、相关耗材清单、报价及扣率（如有）

4、廉洁协议书

甲方：上海市松江区中心医院

乙方：_____（单位名称）

为加强甲乙双方的廉政建设，规范双方业务合作行为，确保采购过程和合同履行过程的公正性和透明性，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、基本原则

甲乙双方在业务合作中应严格遵守国家有关法律法规、行业规范及廉政建设相关规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。

二、甲方义务

- 1.甲方工作人员不得以任何形式、亲自或通过中介、关联方、甲方工作人员的近亲属及其他利害关系人向乙方索要或收受现金、礼金、有价证券、干股、支付凭证、贵重物品、装修款等及其他非财产性不正当利益（包括但不限于要求乙方为甲方工作人员近亲属安排工作等）。
- 2.甲方工作人员不得参加乙方支付费用的宴请、旅游、健身、娱乐等活动。
- 3.甲方工作人员不得在乙方报销任何应由个人承担的费用。
- 4.甲方工作人员不得利用职权或职务影响为乙方谋取不正当利益。
- 5.甲方工作人员发现乙方有违反本协议行为的，应及时制止并向甲方纪检监察办公室报告。
- 6.甲方工作人员与乙方及乙方关联公司的工作人员、股东存在亲属关系及其他利害关系的，应主动披露并申请回避。

7.其他：

三、乙方义务

- 1.乙方不得以任何形式向甲方工作人员赠送或出借现金、礼金、赠送有价证券、干股、支付凭证、贵重物品、提供装修款等及提供其他非财产性不正当利益（包括但不限于为甲方工作人员近亲属安排工作等）。
- 2.乙方不得为甲方工作人员报销任何个人费用。
- 3.乙方不得邀请甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等活动。
- 4.乙方不得通过中介、关联方、甲方工作人员的近亲属及其他利害关系人向甲方工作人员输送上述利益。
- 5.乙方及乙方关联公司的工作人员、股东与甲方工作人员存在亲属关系及其他利害关系的，应主动披露。

6.其他：

四、违约责任

- 1.如甲方工作人员违反本协议，甲方将依据有关规定严肃处理，涉嫌违法犯罪的，作报案处理。
- 2.如乙方违反本协议约定，甲方有权采取以下措施：
 - （1）中止、终止正在履行的主合同；
 - （2）暂停或取消乙方合作资格；
 - （3）解除主合同，要求乙方承担违约责任（包括但不限于返还因乙方违反本协议约定而获得的不正当利益、支付主合同总金额 20%的违约金、赔偿因乙方违反本协议约定而给甲方造成的一切损失）；
 - （4）向松江区财政局举报乙方违法事实。

五、协议效力

本协议作为甲乙双方签订的_____（合同名称）的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

六、其他

- 1.本协议一式三份，甲方执两份（其中一份由纪检监察办公室备案），乙方执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：上海市松江区中心医院

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：
日期：_____年_____月_____日

第七章：合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-项目名称]合同

合同编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方（买方）： [合同中心-采购单位名称] 乙方（卖方）： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地] 地址： [合同中心-供应商所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话] 电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位单位传真] 传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人] 联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

1.1 乙方所提供的 数字平板乳腺系统 贰台 其来源应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见合同附件。

2. 合同价格、交货地点、交货时间和交货状态

2.1 合同价格

本合同价格为人民币 [合同中心-合同总价] 元整；大写： [合同中心-合同总价大写]。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 交货地点： 采购人指定地点

2.3 交货时间： 详见中标人的投标文件。若因采购人场地准备等原因导致交付延迟，交付日期相应顺延，但顺延期限不超过采购人出具交货通知后 30 日。

2.4 交货状态： 设备安装、调试、验收合格。

3. 质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 甲方可采用以下方式对货物组织验收：

甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照谈判文件要求支付。

安装调试并验收合格后支付合同价的 77%，验收合格 1 年后支付剩余款项。

8. 伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于中标人货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.4 在设备及配套耗材(含电池、电极片等)的质保期内，若因制造商提供的设备或耗材存在设计缺陷、材料瑕疵、工艺不合格等质量问题，导致救治失败或其他损害后果的，采购人依法不承担任何责任。相关责任由制造商承担，包括但不限于维修、更换、赔偿损失等义务，并确保采购人享有向制造商追究责任及索赔的权利。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失,经过买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内,根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(4) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一(1%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按七天计算,不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化,以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 本项目不收取履约保证金。

15. 争端的解决

15.1 甲乙双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,甲乙双方均应向甲方所在地人民法院起诉。

16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部合同,并且乙方还应向甲方承担合同价 20%为限的违约金:

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式贰份，以中文书就，甲乙双方各执壹份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

项目采购需求、廉洁协议书

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（买方）：

（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）

日期：[合同中心-签订时间_1]

乙方（卖方）：

（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订地点：网上签约

[合同中心-合同有效期]

附件：项目采购需求

附件：项目采购需求

一、项目概述

项目名称	松江区中心医院数字平板乳腺系统
采购内容	数字平板乳腺系统 2 台，具体要求详见需求附件。
采购预算	本项目采购预算为 4500000 元人民币（其中：设备一数字平板乳腺系统（体检中心）预算金额 250 万元，设备二数字平板乳腺系统（医院本部）预算金额 200 万元），超过采购预算的报价不予接受。

二、项目内容及要求

★投标人须提供所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（适用于第二类、第三类医疗器械）或《第一类医疗器械备案凭证》。投标产品应当与上述两证及附件限定内容一致。

设备一：数字平板乳腺系统（体检中心）（本项目核心产品），预算金额 250 万元

序号	需求内容及描述	备注
一	主要功能与目标:用于人体乳腺数字平板 X 射线摄影诊断系统，C 形臂可实现电动摆位。	
二	关键技术参数 “★”	
★1.2.1	具备三维断层扫描功能	提供技术支持材料
★1.2.2	C 形臂垂直运动高度范围：≥82cm	
三	主要技术参数 “#”	
#1.3.1	高分辨率采集矩阵：≥4000×5000	提供技术支持材料
#1.3.2	像素尺寸：≤70um	
#1.3.3	空间分辨率：≥8Lp/mm	
#1.3.4	源像距：≥66cm	
#1.3.5	C 形臂旋转角度：≥+190° /-150°	
#1.3.6	机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯	
#1.3.7	支持双角度乳腺断层摄影：15° /40°	
四	一般技术参数	
1.4.1	高压发生器：	
1.4.1.1	高压发生器标称功率：≥4.8KW	提供技术支持材料
1.4.1.2	最小管电压：≤20KV	
1.4.1.3	最大管电压：≥49KV	
1.4.1.4	最大输出电流：≥200mA	
1.4.1.5	最小毫安秒：≤2mAs	
1.4.1.6	最大毫安秒：≥600mAs	

1.4.1.7	曝光控制方式至少包含全自动曝光模式和手动曝光模式。全自动曝光模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式	
1.4.1.8	发生器与机架一体化设计；发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光	
1.4.2	X 线球管：	
1.4.2.1	球管小/大焦点尺寸：≤0.1/0.3mm	提供技术支持材料
1.4.2.2	阳极靶面材料：钨靶	
1.4.2.3	靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光：小焦点≤10°，大焦点≥16°	
1.4.2.4	阳极旋转转速：≥9000RPM	
1.4.2.5	阳极热容量：≥300KHU	
1.4.2.6	管套热容量：≥500KHU	
1.4.2.7	限束器为电动，可自动调节	
1.4.2.8	固有滤过：具备	
1.4.2.9	附加滤过材料：银、铈	
1.4.3	平板探测器：	
1.4.3.1	探测器材料：单晶硅	提供技术支持材料
1.4.3.2	探测器尺寸：≥23×29cm	
1.4.3.3	采集灰阶度：≥16bits	
1.4.3.4	DQE(量子检出效率)：≥70%@ 1 lp/mm	
1.4.3.5	滤线栅密度：≥ 36 lp/cm	
1.4.3.6	滤线栅有效栅比：≥5:1	
1.4.3.7	能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试	
1.4.4	立式摄影机架：	
1.4.4.1	摄影臂为旋转 C 形臂全电动设计，非 O 型臂；能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有 6 个不同操作位置供选择；具备一键到下一摆位、一键到对称体位功能；具备防护面罩	提供技术支持材料
1.4.4.2	C 形臂垂直运动最低高度：≤65cm	
1.4.4.3	最短扫描时间：≤5ms	
1.4.4.4	具备平板探测器日常校准功能	
1.4.4.5	压迫类型：电动，最大压迫力（电动）：≥200N；具备手动压迫系统、智能压迫系统；压迫板可单独拆卸、更换，压迫板两个及尺寸规格：18×24cm/24×29cm	
1.4.4.6	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节；压迫板解压方式：自动解压、手动解压；压迫板支持紧急释放、自动释放；具备压迫板微调电动旋钮	
1.4.4.7	机架集成显示屏，可显示开机界面、受检者信息、旋转角度等提示信息；机架与工作台均设有一键急停键	

1.4.4.8	脚闸 2 副，并支持 C 形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制；	
1.4.5	图像采集工作站：	
1.4.5.1	CPU 主频：≥3.4GHz；主机工作站操作台内存：≥32GB；主机工作站操作台硬盘：≥7TB；图像文件存储容量：≥138000 幅；显示器：尺寸≥24 英寸；分辨率≥1900×1200	提供技术支持材料
1.4.5.2	操作软件基本功能：基于 DICOM 标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等；	
1.4.5.3	图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局	
1.4.5.4	彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位；可在数字图像上显示各种曝光参数，如 kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等；具有乳腺假体植入物的选择功能	
1.4.5.5	控制方式：快捷功能操控盒、鼠标	
1.4.5.6	支持与 PACS/RIS/HIS 系统的集成；支持动态实时患者信息检索与显示；支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持检查不同状态显示与排序；预定义拍摄参数与后期调整；支持灰度处理与调整；可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理；按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区	
1.4.5.7	支持 DICOM 3.0，包括：DICOM Send（发送），DICOM Print（打印），DICOM Storage commitment（存储确认），DICOM Query/Retrieve（查询/检索），DICOM Worklist/MPPS（工作列表/模态执行程序步骤）	
1.4.5.8	投标产品所属整机制造商取得《计算机软件著作权登记证书》	提供相关证书证明材料
1.4.6	图像后处理工作站：	
1.4.6.1	配备乳腺专用后处理工作站，针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘	提供技术支持材料
1.4.6.2	主要功能：支持中文图文诊断报告输出；支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐；支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节；支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并；软件自带按 BI-RADS 分类的结构化报告；支持随访计划的制定和跟踪；可直接对比不同病人的图像；支持多等级对比度/亮度图像处理	
1.4.6.3	支持自定义层厚的融合功能，并有不同算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度	
1.4.7	三维断层扫描：	
1.4.7.1	断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式	提供技术支持材料
1.4.7.2	单个体位断层摄影采集图像数：≥15 张	
1.4.7.3	单个体位断层摄影扫描时间：≤10s	
1.4.7.4	重建层厚：≤1mm	
1.4.7.5	支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像	

设备二：数字平板乳腺系统（医院本部）（本项目核心产品），预算金额 200 万元

序号	需求内容及描述	备注
----	---------	----

一	主要功能与目标:用于人体乳腺数字平板 X 射线摄影诊断系统, C 形臂可实现电动摆位。	
二	关键技术参数 “★”	
★2.2.1	具备三维断层扫描功能	提供技术支持材料
★2.2.2	C 形臂垂直运动高度范围: $\geq 82\text{cm}$	
三	主要技术参数 “#”	
#2.3.1	高分辨率采集矩阵: $\geq 3000 \times 3800$	提供技术支持材料
#2.3.2	像素尺寸: $\leq 77\mu\text{m}$	
#2.3.3	空间分辨率: $\geq 6.5\text{Lp/mm}$	
#2.3.4	源像距: $\geq 66\text{cm}$	
#2.3.5	C 形臂旋转角度: $\geq +190^\circ / -150^\circ$	
#2.3.6	机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯	
#2.3.7	支持双角度乳腺断层摄影: $15^\circ / 40^\circ$	
四	一般技术参数	
2.4.1	高压发生器:	提供技术支持材料
2.4.1.1	高压发生器标称功率: $\geq 4.8\text{KW}$	
2.4.1.2	最小管电压: $\leq 20\text{KV}$	
2.4.1.3	最大管电压: $\geq 49\text{KV}$	
2.4.1.4	最大输出电流: $\geq 200\text{mA}$	
2.4.1.5	最小毫安秒: $\leq 2\text{mAs}$	
2.4.1.6	最大毫安秒: $\geq 600\text{mAs}$	
2.4.1.7	曝光控制方式至少包含全自动曝光模式和手动曝光模式。全自动曝光模式可通过三种方式实现: (1) 标准模式; (2) 对比度优先模式; (3) 剂量优先模式	
2.4.1.8	发生器与机架一体化设计; 发生器的操作与控制系统完全与主机集成, 在主机工作站上控制曝光	
2.4.2	X 线球管:	
2.4.2.1	球管小/大焦点尺寸: $\leq 0.1/0.3\text{mm}$	提供技术支持材料
2.4.2.2	阳极靶面材料: 钨靶	
2.4.2.3	靶面角度具备双角度曝光功能, 大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光: 小焦点 $\leq 10^\circ$, 大焦点 $\geq 16^\circ$	
2.4.2.4	阳极旋转转速: $\geq 9000\text{RPM}$	
2.4.2.5	阳极热容量: $\geq 300\text{KHU}$	
2.4.2.6	管套热容量: $\geq 500\text{KHU}$	
2.4.2.7	限束器为电动, 可自动调节	
2.4.2.8	固有滤过: 具备	
2.4.2.9	附加滤过材料: 银、铈	

2.4.3	平板探测器：	
2.4.3.1	探测器材料：单晶硅	提供技术支持材料
2.4.3.2	探测器尺寸： $\geq 23 \times 29\text{cm}$	
2.4.3.3	采集灰阶度： $\geq 16\text{bits}$	
2.4.3.4	DQE(量子检出效率)： $\geq 70\% @ 1\text{ lp/mm}$	
2.4.3.5	滤线栅密度： $\geq 36\text{ lp/cm}$	
2.4.3.6	滤线栅有效栅比： $\geq 5:1$	
2.4.3.7	能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试	
2.4.4	立式摄影机架：	
2.4.4.1	摄影臂为旋转 C 形臂全电动设计，非 O 型臂；能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有 6 个不同操作位置供选择；具备一键到下一摆位、一键到对称体位功能；具备防护面罩	提供技术支持材料
2.4.4.2	C 形臂垂直运动最低高度： $\leq 65\text{cm}$	
2.4.4.3	最短扫描时间： $\leq 5\text{ms}$	
2.4.4.4	具备平板探测器日常校准功能	
2.4.4.5	压迫类型：电动，最大压迫力（电动）： $\geq 200\text{N}$ ；具备手动压迫系统、智能压迫系统；压迫板可单独拆卸、更换，压迫板两个及尺寸规格： $18 \times 24\text{cm}/24 \times 29\text{cm}$	
2.4.4.6	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节；压迫板解压方式：自动解压、手动解压；压迫板支持紧急释放、自动释放；具备压迫板微调电动旋钮	
2.4.4.7	机架集成显示屏，可显示开机界面、受检者信息、旋转角度等提示信息；机架与工作台均设有一键急停键	
2.4.4.8	脚闸 2 副，并支持 C 形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制；	
2.4.5	图像采集工作站：	
2.4.5.1	CPU 主频： $\geq 3.4\text{GHz}$ ；主机工作站操作台内存： $\geq 32\text{GB}$ ；主机工作站操作台硬盘： $\geq 7\text{TB}$ ；图像文件存储容量： ≥ 138000 幅；显示器：尺寸 ≥ 24 英寸；分辨率 $\geq 1900 \times 1200$	提供技术支持材料
2.4.5.2	操作软件基本功能：基于 DICOM 标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等；	
2.4.5.3	图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局	
2.4.5.4	彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位；可在数字图像上显示各种曝光参数，如 kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等；具有乳腺假体植入物的选择功能	
2.4.5.5	控制方式：快捷功能操控盒、鼠标	
2.4.5.6	支持与 PACS/RIS/HIS 系统的集成；支持动态实时患者信息检索与显示；支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持检查不同状态显示与排序；预定义拍摄参数与后期调整；支持灰度处理与调整；可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；可	

	进行组织均衡和噪声抑制等频率处理；按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区	
2.4.5.7	支持 DICOM 3.0，包括：DICOM Send（发送），DICOM Print（打印），DICOM Storage commitment（存储确认），DICOM Query/Retrieve（查询/检索），DICOM Worklist/MPPS（工作列表/模态执行程序步骤）	
2.4.5.8	投标产品所属整机制造商取得《计算机软件著作权登记证书》	提供相关证书证明材料
2.4.6	图像后处理工作站：	
2.4.6.1	配备乳腺专用后处理工作站，针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘	提供技术支持材料
2.4.6.2	主要功能：支持中文图文诊断报告输出；支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐；支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节；支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并；软件自带按 BI-RADS 分类的结构化报告；支持随访计划的制定和跟踪；可直接对比不同病人的图像；支持多等级对比度/亮度图像处理	
2.4.6.3	支持自定义层厚的融合功能，并有不同算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度	
2.4.7	三维断层扫描：	
2.4.7.1	断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式	提供技术支持材料
2.4.7.2	单个体位断层摄影采集图像数：≥15 张	
2.4.7.3	单个体位断层摄影扫描时间：≤10s	
2.4.7.4	重建层厚：≤1mm	
2.4.7.5	支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像	

三、采购清单

序号	内容	数量
一	设备一：数字平板乳腺系统（体检中心）配置要求	/
1	乳腺机	1 台
2	图像采集工作站	1 台
3	多模态乳腺后处理工作站	1 台
4	5M 医用专业显示器	2 台
5	防护铅衣	1 套
6	穿刺引导配套系统	1 套
二	设备二：数字平板乳腺系统（医院本部）配置要求	/
1	乳腺机	1 台
2	图像采集工作站	1 台
3	多模态乳腺后处理工作站	1 台
4	5M 医用专业显示器	2 台
5	防护铅衣	1 套

6	乳腺人工智能分析系统	1 套
---	------------	-----

注：投标人应按照采购需求提供相关产品，内容和数量不少于上表内列明的内容和数量，否则视为未实质性响应。

四、伴随服务

序号	内容	要求
1	产品附件要求	1. 免费提供原厂全套标准配套件：包括但不限于多规格乳腺压迫板、防辐射防护套件、定位标尺、专用校准模体、连接线缆、接地辅材、设备专用搬运固定配件； 2. 配套足量初期质控耗材、清洁保养耗材，满足设备投用前 6 个月临床质控使用； 3. 所有附件、辅材、配套工具全部包含在投标总价，不得单独加价，投标文件须附完整附件清单。
2	随机工具、产品的升级要求	1. 免费提供原厂全套专用维修、校准、拆装工具； 2. 质保期内免费软件升级：AI 辅助诊断软件、工作站后处理软件、DICOM 传输程序、质控管理系统所有版本迭代、功能补丁、安全更新全部免费，不限升级次数； 3. 质保期后软件基础版本永久免费更新，新增临床功能升级仅收取成本价，并提前书面报价供院方选择。
3	安装	需要。 1. 中标方全包卸货、场内转运、吊装、设备就位、机房管线布设、辐射接地施工、防护配套安装，全部人工、辅材、运输、吊装费用纳入投标总价； 2. 免费完成设备与院内现有 HIS、RIS、PACS、体检系统双向对接集成，实现检查申请调取、影像自动上传、结构化诊断报告回传、患者数据统一归档； 3. 对接所需接口授权、通讯模块、联调工时、DICOM 标准接口协议文档全部免费，不收取接口开通费、年度授权费； 4. 中标方提前现场踏勘机房，免费出具机房承重、防辐射、配电、温湿度、管线预埋专项技术图纸与交底方案。
4	调试	厂家工程师上门调试安装
5	提供技术援助	1. 7×24 小时原厂专线远程技术援助，全年无休，实时远程排查各类故障； 2. 机房改造、设备移位提供免费现场技术指导； 3. 定期提供相关新技术、新序列临床技术支持。
6	培训	安装验收期间，对用户进行仪器操作和日常维护的免费培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等
7	验收方案	分三个阶段完整验收，全部资料归入医院设备档案，不合格无条件整改 / 更换部件： 1. 到货初验：核对设备医疗器械注册证、出厂序列号、原厂合格证； 2. 安装调试验收：逐项核对招标文件全部技术指标，现场复测关键参数； 3. 临床试用终验收：连续 7 个工作日全负荷试用各类临床场景； 验收依据：招标文件技术条款、原厂检测标准、国家行业规范。

五、售后服务要求

序号	内容	要求
----	----	----

1	售后服务响应时间	设备故障 7×24 小时全天候报修热线受理, 4 小时内原厂技术工程师远程电话响应; 故障远程无法解决的, 6 小时内持证原厂工程师上门, 予以排除故障、修复或更换零部件。
2	服务内容与计划	建立设备专属运维档案, 每次上门出具正式保养/维修报告, 季度回访收集临床使用问题。
3	维保内容与价格	1. 维保内容: 对设备及相关配套设备作出定期维护保养计划, 定期进行保养、维护, 并提供记录 (设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查), 根据要求对设备的数据进行备份。质保期内根据规定的时间段, 进行必要的保养工作, 每年不少于 2 次。 2. 维保价格: 质保期内整机免费保修。质保期满后, 机器整机 (含球管、探测器等) 年保修价格不超过总价 7%, 含免费提供周期维护保养 (PM) ≥2 次, 并向买方提供标准维护保养报告, 免人工费。此价格同样适用于医院的第三方整体维保服务供应商购买。
4	备品备件供货与价格	请提供零配件/耗材明细表及报价并标明是否为原价以及出保后折扣率, 若没有写明无。

设备一: 数字平板乳腺系统 (体检中心), 预算金额 250 万元

“★” 标记技术要求汇总表

序号	要求	备注
★1.2.1	具备三维断层扫描功能	提供技术支持材料
★1.2.2	C 形臂垂直运动高度范围: ≥82cm	

“#” 标记技术要求汇总表

序号	要求	备注
#1.3.1	高分辨率采集矩阵: ≥4000×5000	提供技术支持材料
#1.3.2	像素尺寸: ≤70um	
#1.3.3	空间分辨率: ≥8Lp/mm	
#1.3.4	源像距: ≥66cm	
#1.3.5	C 形臂旋转角度: ≥+190° /-150°	
#1.3.6	机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯	
#1.3.7	支持双角度乳腺断层摄影: 15° /40°	

一般技术要求汇总表

序号	要求	备注
1.4.1.1	高压发生器标称功率: ≥4.8KW	提供技术支持材料
1.4.1.2	最小管电压: ≤20KV	
1.4.1.3	最大管电压: ≥49KV	

1.4.1.4	最大输出电流： $\geq 200\text{mA}$	
1.4.1.5	最小毫安秒： $\leq 2\text{mAs}$	
1.4.1.6	最大毫安秒： $\geq 600\text{mAs}$	
1.4.1.7	曝光控制方式至少包含全自动曝光模式和手动曝光模式。全自动曝光模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式	
1.4.1.8	发生器与机架一体化设计；发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光	
1.4.2.1	球管小/大焦点尺寸： $\leq 0.1/0.3\text{mm}$	
1.4.2.2	阳极靶面材料：钨靶	
1.4.2.3	靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光：小焦点 $\leq 10^\circ$ ，大焦点 $\geq 16^\circ$	
1.4.2.4	阳极旋转转速： $\geq 9000\text{RPM}$	
1.4.2.5	阳极热容量： $\geq 300\text{KHU}$	
1.4.2.6	管套热容量： $\geq 500\text{KHU}$	
1.4.2.7	限束器为电动，可自动调节	
1.4.2.8	固有滤过：具备	
1.4.2.9	附加滤过材料：银、铈	
1.4.3.1	探测器材料：单晶硅	
1.4.3.2	探测器尺寸： $\geq 23 \times 29\text{cm}$	
1.4.3.3	采集灰阶度： $\geq 16\text{bits}$	
1.4.3.4	DQE(量子检出效率)： $\geq 70\% @ 1\text{lp/mm}$	
1.4.3.5	滤线栅密度： $\geq 36\text{lp/cm}$	
1.4.3.6	滤线栅有效栅比： $\geq 5:1$	
1.4.3.7	能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试	
1.4.4.1	摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂；能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择；一键到下一摆位、一键到对称体位功能；具备防护面罩	
1.4.4.2	C形臂垂直运动最低高度： $\leq 65\text{cm}$	
1.4.4.3	最短扫描时间： $\leq 5\text{ms}$	
1.4.4.4	具备平板探测器日常校准功能	
1.4.4.5	压迫类型：电动，最大压迫力（电动）： $\geq 200\text{N}$ ；具备手动压迫系统、智能压迫系统；压迫板可单独拆卸、更换，压迫板两个及尺寸规格： $18 \times 24\text{cm}/24 \times 29\text{cm}$	
1.4.4.6	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节；压迫板解压方式：自动解压、手动解压；压迫板支持紧急释放、自动释放；具备压迫板微调电动旋钮	
1.4.4.7	机架集成显示屏，可显示开机界面、受检者信息、旋转角度等提示信息；机架与工作台均设有一键急停键	

1.4.4.8	脚闸 2 副，并支持 C 形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制；	
1.4.5.1	CPU 主频：≥3.4GHz；主机工作站操作台内存：≥32GB；主机工作站操作台硬盘：≥7TB；图像文件存储容量：≥138000 幅；显示器：尺寸≥24 英寸；分辨率≥1900×1200	
1.4.5.2	操作软件基本功能：基于 DICOM 标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等；	
1.4.5.3	图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局	
1.4.5.4	彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位；可在数字图像上显示各种曝光参数，如 kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等；具有乳腺假体植入物的选择功能	
1.4.5.5	控制方式：快捷功能操控盒、鼠标	
1.4.5.6	支持与 PACS/RIS/HIS 系统的集成；支持动态实时患者信息检索与显示；支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持检查不同状态显示与排序；预定义拍摄参数与后期调整；支持灰度处理与调整；可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理；按照约束器边界自动裁剪图像感兴趣区	
1.4.5.7	支持 DICOM 3.0，包括：DICOM Send（发送），DICOM Print（打印），DICOM Storage commitment（存储确认），DICOM Query/Retrieve（查询/检索），DICOM Worklist/MPPS（工作列表/模式执行程序步骤）	
1.4.5.8	投标产品所属整机制造商取得《计算机软件著作权登记证书》	提供相关证书证明材料
1.4.6.1	配备乳腺专用后处理工作站，针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘	提供技术支持材料
1.4.6.2	主要功能：支持中文图文诊断报告输出；支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐；支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节；支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并；软件自带按 BI-RADS 分类的结构化报告；支持随访计划的制定和跟踪；可直接对比不同病人的图像；支持多等级对比度/亮度图像处理	
1.4.6.3	支持自定义层厚的融合功能，并有不同算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度	
1.4.7.1	断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式	
1.4.7.2	单个体位断层摄影采集图像数：≥15 张	
1.4.7.3	单个体位断层摄影扫描时间：≤10s	
1.4.7.4	重建层厚：≤1mm	
1.4.7.5	支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像	

设备二：数字平板乳腺系统（医院本部），预算金额 200 万元
“★”标记技术要求汇总表

序号	要求	备注
----	----	----

★2.2.1	具备三维断层扫描功能	提供技术支持材料
★2.2.2	C形臂垂直运动高度范围：≥82cm	

“#”标记技术要求汇总表

序号	要求	备注
#2.3.1	高分辨率采集矩阵：≥3000*3800	提供技术支持材料
#2.3.2	像素尺寸：≤77um	
#2.3.3	空间分辨率：≥6.5Lp/mm	
#2.3.4	源像距：≥66cm	
#2.3.5	C形臂旋转角度：≥+190° /-150°	
#2.3.6	机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯	
#2.3.7	支持双角度乳腺断层摄影：15° /40°	

一般技术要求汇总表

序号	要求	备注
2.4.1.1	高压发生器标称功率：≥4.8KW	提供技术支持材料
2.4.1.2	最小管电压：≤20KV	
2.4.1.3	最大管电压：≥49KV	
2.4.1.4	最大输出电流：≥200mA	
2.4.1.5	最小毫安秒：≤2mAs	
2.4.1.6	最大毫安秒：≥600mAs	
2.4.1.7	曝光控制方式至少包含全自动曝光模式和手动曝光模式。全自动曝光模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式	
2.4.1.8	发生器与机架一体化设计；发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光	
2.4.2.1	球管小/大焦点尺寸：≤0.1/0.3mm	
2.4.2.2	阳极靶面材料：钨靶	
2.4.2.3	靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光：小焦点≤10°，大焦点≥16°	
2.4.2.4	阳极旋转转速：≥9000RPM	
2.4.2.5	阳极热容量：≥300KHU	
2.4.2.6	管套热容量：≥500KHU	
2.4.2.7	限束器为电动，可自动调节	
2.4.2.8	固有滤过：具备	
2.4.2.9	附加滤过材料：银、铈	

2.4.3.1	探测器材料：单晶硅
2.4.3.2	探测器尺寸： $\geq 23 \times 29\text{cm}$
2.4.3.3	采集灰阶度： $\geq 16\text{bits}$
2.4.3.4	DQE(量子检出效率)： $\geq 70\% @ 1\text{ lp/mm}$
2.4.3.5	滤线栅密度： $\geq 36\text{ lp/cm}$
2.4.3.6	滤线栅有效栅比： $\geq 5:1$
2.4.3.7	能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试
2.4.4.1	摄影臂为旋转 C 形臂全电动设计，非 O 型臂；能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有 6 个不同操作位置供选择；具备一键到下一摆位、一键到对称体位功能；具备防护面罩
2.4.4.2	C 形臂垂直运动最低高度： $\leq 65\text{cm}$
2.4.4.3	最短扫描时间： $\leq 5\text{ms}$
2.4.4.4	具备平板探测器日常校准功能
2.4.4.5	压迫类型：电动，最大压迫力（电动）： $\geq 200\text{N}$ ；具备手动压迫系统、智能压迫系统；压迫板可单独拆卸、更换，压迫板两个及尺寸规格： $18 \times 24\text{cm}/24 \times 29\text{cm}$
2.4.4.6	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节；压迫板解压方式：自动解压、手动解压；压迫板支持紧急释放、自动释放；具备压迫板微调电动旋钮
2.4.4.7	机架集成显示屏，可显示开机界面、受检者信息、旋转角度等提示信息；机架与工作台均设有一键急停键
2.4.4.8	脚闸 2 副，并支持 C 形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制；
2.4.5.1	CPU 主频： $\geq 3.4\text{GHz}$ ；主机工作站操作台内存： $\geq 32\text{GB}$ ；主机工作站操作台硬盘： $\geq 7\text{TB}$ ；图像文件存储容量： ≥ 138000 幅；显示器：尺寸 ≥ 24 英寸；分辨率 $\geq 1900 \times 1200$
2.4.5.2	操作软件基本功能：基于 DICOM 标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等；
2.4.5.3	图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局
2.4.5.4	彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位；可在数字图像上显示各种曝光参数，如 kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等；具有乳腺假体植入物的选择功能
2.4.5.5	控制方式：快捷功能操控盒、鼠标
2.4.5.6	支持与 PACS/RIS/HIS 系统的集成；支持动态实时患者信息检索与显示；支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持检查不同状态显示与排序；预定义拍摄参数与后期调整；支持灰度处理与调整；可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理；按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区
2.4.5.7	支持 DICOM 3.0，包括：DICOM Send（发送），DICOM Print（打印），DICOM Storage commitment（存储确认），DICOM Query/Retrieve（查询/检索），DICOM Worklist/MPPS（工作列表/模态执行程序步

	骤)	
2.4.5.8	投标产品所属整机制造商取得《计算机软件著作权登记证书》	
2.4.6.1	配备乳腺专用后处理工作站，针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘	
2.4.6.2	主要功能：支持中文图文诊断报告输出；支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐；支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节；支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并；软件自带按 BI-RADS 分类的结构化报告；支持随访计划的制定和跟踪；可直接对比不同病人的图像；支持多等级对比度/亮度图像处理	
2.4.6.3	支持自定义层厚的融合功能，并有不同算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度	
2.4.7.1	断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式	
2.4.7.2	单个体位断层摄影采集图像数：≥15 张	
2.4.7.3	单个体位断层摄影扫描时间：≤10s	
2.4.7.4	重建层厚：≤1mm	
2.4.7.5	支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像	